

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc

Sierpc, 28 lutego 2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.03.2017.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ:

**I.**

**1. Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej 1 x 60cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.**

**2. Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanianych z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania ok. 21-28 dni i czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.**

**3. Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm?

**Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.**

**4. Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” z igłą o długości 36mm?

**Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.**

**II.**

**1. Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali o zwiększonej odporności na odkształcanie?

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.**

**2. Pakiet nr 2, pozycje nr 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.**

**3. Pakiet nr 2, pozycje nr 3 i 7**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te dwie pozycje do odrębnego pakietu?

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. Pakiet nr 2, pozycje nr 4 i 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.**

**5. Pakiet nr 2, pozycja nr 6**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.**

4  
6

6. Pakiet nr 3, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 21 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

**Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.**

7. Pakiet nr 3, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 25 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

**Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.**

8. Pakiet nr 3, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 31 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

**Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.**

9. Pakiet nr 3, pozycja nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do oddzielnego pakietu?

**Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Pakiet nr 3, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm; przed zamknięciem 3,85 mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

**Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza.**

11. Pakiet nr 3, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm; przed zamknięciem 4,5 mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

**Ad. 11. Zamawiający nie dopuszcza.**

12. Pakiet nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler endoskopowy z wbudowaną artykulacją, przeznaczony do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadający dwie dźwignie - zamykającą i spustową, umożliwiającą jednoręczną obsługę, długość ramienia 34 cm?

**Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza.**

13. Pakiet nr 7, pozycje nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiające wykonanie zespolenia o długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wysokość zamkniętej zszywki w zależności od ładunku 0,75 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 1,8 mm lub 2,0 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)?

**Ad. 13. Zamawiający nie dopuszcza.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzozsierpc.pl](http://www.spzozsierpc.pl) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
*Beata Bany*