

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc

Sierpc, 05 czerwca 2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2017.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2254 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

1. Pakiet 5. Czy Zamawiający dopuści podawanie cen jednostkowych do trzech miejsc po przecinku z uwagi na potrzebę dokładnego oszacowania wartości pakietu?

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.**

II.

Dotyczy: SIWZ

1. Pakiet 4, pozycja 4. Czy Zamawiający wymaga aby wymazówka umożliwiała pobranie materiału od niemowląt i małych dzieci – giętki drucik zakończony wacikiem lub gąbką + osłonka (próbówka) plastikowa zabezpieczająca pobrany materiał w transporcie do laboratorium, były dostarczone od tego samego producenta co test na RSV?

**Ad. 1. Tak, Zamawiający wymaga.**

2. Pakiet 4, pozycja 4. Czy Zamawiający wymaga zaproponowania jednostopniowego testu kasetowego (membranowy), jakościowy, immunochromatograficzny do wykrywania Respiratory Syncytial Virus w próbkach śliny, wymazach z nosogardzieli, popłuczynach z nosa?

**Ad. 2. Tak, Zamawiający wymaga.**

3. Pakiet 4, pozycja 10. Czy Zamawiający wymaga testu o czułości 40 ng/ml, które gwarantują bardziej wiarygodne wyniki badania. Wzrost czułości analitycznej nie będzie miał wpływu na wzrost czułości diagnostycznej (wyrażonej w %) natomiast będzie miał wpływ na spadek specyficzności testu i spowoduje jej znaczące obniżenie, co z kolei prowadzi do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników i konieczność przeprowadzenia drogich badań potwierdzających np. kolonoskopii.

**Ad. 3. Tak, Zamawiający wymaga.**

4. Pakiet 12, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu przedstawionego w załączeniu ?

**Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody.**

III.

**Pytania dotyczące treści SIWZ:**

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

9  
12

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (**Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06**) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

**Wzoru umowy dla pakietów nr 1, 2, 4-7, 9-12 ( załącznik nr 5):**

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.**

## **2. Dotyczy §2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.**

## **3. Dotyczy §4 pkt 3**

Ponieważ nie ma definicji prawnej sformułowania „na cito”, jak Zamawiający rozumie to określenie? Do jakich sytuacji, sformułowanie „na cito” będzie miało zastosowanie?

**Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.**

## **4. Dotyczy §5 ust. 4.1.1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

**Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.**

## **5. Dotyczy §9 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dni robocze?

**Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.**

## **6. Dotyczy §12**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

**Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.**



**Opisu przedmiotu zamówienia:**

**1. Dotyczy Pakiet 1**

Czy Zamawiający wymaga pipet w całości autoklawowlanych, czy pipet z autoklawowalnym trzonem?

**Ad. 1. Zamawiający nie wymaga pipet w całości autoklawowlanych.**

**2. Dotyczy Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści pipety o poj. 100-1000 ul?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.**

**3. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o pojemności 0,2ml?

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.**

**4. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o pojemności 0,25ml?

**Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.**

**5. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o pojemności 0,2ml?

**Ad. 5. Zamawiający dopuszcza.**

**6. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o pojemności 0,25ml?

**Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.**

**7. Dotyczy Pakiet 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 12x75 mm?

**Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.**

**8. Dotyczy Pakiet 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z dnem stożkowym?

Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 2 ml z dnem okrągło dennym?

**Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania probówek z dnem stożkowym.**

**Zamawiający dopuszcza probówki o poj. 2 ml z dnem okrągło dennym.**

**9. Dotyczy Pakiet 11, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek szklanych, okrągłodennych o pojemności 12 ml i wymiarach 16x100mm?

**Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.**

**10. Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.**

**Ad. 10. Termin składania ofert zostaje przedłużony do 08.06.2017 r.**

IV.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 3 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

**Ad. 1. Nie, Zamawiający nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 11 wymaga probówek PS 12ml z rozszerzanym kołnierzem, z podziałką i banieczką na 0,5ml lub 1ml osadu moczu + korek czy dopuści probówki PP 10ml stożkowe ze znacznikami i korkiem rozporowym, wciskany?

**Ad. 2. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.**

V.

Pakiet 7 - Mikrometoda do oznaczania krwi włóśniczkowej dla niemowląt:

poz. 1: czy Zamawiający dopuści „Zestaw: kapilara + probówka 0,2 lub 0,3 ml z K-EDTA”?

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2: czy Zamawiający dopuści „Zestaw: kapilara + probówka 0,2 lub 0,3 ml z aktywatorem krzepnięcia (surowica)”?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 3: czy Zamawiający dopuści „Probówka z NaF 0,2 lub 0,3 ml”?

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 4: czy w opisie „Zestaw: Kapilara + probówka z cytrynianem sodu do badań pediatrycznych na 300 ml” nie nastąpiła pomyłka i nie powinno być 300 µl?

**Ad. 4. Tak, w opisie „Zestaw: Kapilara + probówka z cytrynianem sodu do badań pediatrycznych na 300 ml” nastąpiła pomyłka i właściwa wartość to 300 µl.**

VI.

1. (§5) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.**

2. (§5) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.**

3. (§7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

**Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.**

4. (§7 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

**Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.**

5. (§7 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?



**Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.**

6. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS ) w formie elektronicznej?

**Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.**

7. (§9) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

**Ad. 7. Zgodnie z SIWZ.**

**VII.**

1. Pakiet 1 Pipety automatyczne jednokanałowe z wydmuchem i wyrzutem końcówek:
  - a) czy Zamawiający wymaga pipet firmy HTL?
  - b) czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści pipety zmiennopojemnościowe o zakresie 100-1000 ul?

**Ad. 1 a) Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Ad. 2 b) Zamawiający dopuszcza.**

**VIII.**

**Dotyczy pakiet nr 4 - Formularz asortymentowo-cenowy**

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaokrąglenia „w górę” do 120 sztuk lub „w dół” do 100 sztuk testów ze względu na opakowania zawierające po 20 testów.

**Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie wielkości opakowań „w górę.”**

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu FOB o czułości 40 ng/ml.

**Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.pl](http://www.spzzozsierpc.pl) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

**W związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania ofert ulega zmianie i upływu w dniu: 08.06.2017 r. o godz. 11.00.**

**Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

1. Oferty należy składać do dnia: **08 czerwca 2017 r., do godz. 11:00.**

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

3. Oznakowanie oferty następujące: „**Oferta – przetarg nieograniczony – Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2017 – nie otwierać przed 08 czerwca 2017 r. godz. 11:30.**”

Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

Oferty zostaną otwarte dnia: **08 czerwca 2017 r. o godz. 11:30,**

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

Pokój zamówień publicznych.

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
*Beata Bany*

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. administracyjno-eksploatacyjnych  
i zamówień publicznych  
*Rafał Wiśniewski*