

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 06 czerwca 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2254 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora z możliwością oznaczania fibrynogenu na podstawie czasu PT oraz dopuści analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu klasyczną metodą Claussa? Metoda Claussa jest jedyną wiarygodną i porównywalną metodą. Wyliczenie wartości stężenia fibrynogenu na podstawie pomiaru PT jest obarczone bardzo dużym błędem.

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT o stabilności po otwarciu 14 dni w temp. lodówki?

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o informację jakiej firmy system informatyczny funkcjonuje w Laboratorium, do którego ma zostać podłączony oferowany analizator (zgodnie z parametrem nr 17)?

Ad. 3. System LIS firmy ROCHE.

4. Prosimy o sprecyzowanie, czy wskazana ilość oznaczeń na 36 miesięcy obejmuje oznaczenia kontrolne?

Ad. 4. Zamawiający w SIWZ określił ilość badań, a nie ilość oznaczeń. Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zaoferować ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjny wystarczającą do zadeklarowanej ilości badań.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z jedną igłą dozującą dla osoczy i odczynników (w analizatorze zastosowano system płuczący, dzięki któremu możliwość kontaminacji została znacząco ograniczona)?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez opcji automatycznego powtórzenia pomiaru wyniku poza zakresem referencyjnym oraz bez automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu zakresu referencyjnego?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizator z oprogramowaniem w j. angielskim, przy jednoczesnym dostarczeniu instrukcji użytkownika w j. polskim?

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez modułu kontroli jakości?

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z 2013 roku po całkowitym przeglądzie wykonanym przez autoryzowany serwis?

Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu: 08.06.2017 r. o godz. 11.00.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. administracyjnych i aplikacyjnych
i zamówień publicznych
Rafał Piśniewski