

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 25 lipca 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, rękawic chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.10.2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

1. Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej, z teksturowanymi końcami palców?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 6cm x 8 cm?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

II.

Pytanie 1 - pakiet 11

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych mikroteksturowanych z wyraźną teksturą na końcach palców.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rękawic jak w SIWZ.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - pakiet 11

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych w opakowaniach po 100 szt., z przeliczeniem ilości par na opakowania tj. 7460 op. po 100 szt.

Rękawice niesterylne, diagnostyczne pakowane są w opakowaniach po 100 szt. i tak też są sprzedawane.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

III.

Pakiet 30

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 30 dopuści możliwość zaoferowania cewnika balonowego o średnicy napełnionego balonu 15mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

IV.

1. Pakiet 19 poz. 3: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów z gazy 17-nitkowej, jałowe, 12-warstwowe, 10 cm x 10 cm, wielkość opakowania 3 x 1 szt.?

Pragniemy nadmienić, iż rozmiar ten jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i produkowany przez większość firm opatrunkowych w przeciwieństwie do rozmiaru 9 x 9 cm.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 22 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie siatki zgodnej z opisem z SIWZ w rozmiarze 8,6 – 9,6 cm na duże tułowia, biodra?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 22 poz. 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie siatki zgodnej z opisem z SIWZ w rozmiarze 6,5-7,5cm – na duże głowy i niewielkie tułowia?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

V.

1. Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej, niewyczuwalnej różnicy grubości na palcu pojedynczej ścianki od 0,20mm do 0,25mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej, niewyczuwalnej różnicy grubości: na palcu pojedynczej ścianki od 0,22mm, na mankiecie pojedynczej ścianki min. 0,16mm, w opakowaniach standardowych, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

Ad. 3. Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych.

4. Dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice do procedur wysokiego ryzyka miały długość całkowitą min. 300mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Przy tak opisanym przedmiocie zamówienia, Zamawiający może otrzymać zwykłe rękawice diagnostyczne (min. 240mm).

Ad. 4. Zamawiający oczekuje aby rękawice do procedur wysokiego ryzyka miały długość całkowitą min. 300mm.

5. Dotyczy Pakietu nr 13

Prosimy o wyjaśnienie jak długa ma być rękawica ginekologiczna – min. 500mm?

Zwyczajowo długość rękawicy podaje się w całości, gdyż punkt mierzenia mankietu nie jest jednoznacznie określony.

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.

VI.

1. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 19 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 8w spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 19 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'2szt z przeliczeniem wymaganych ilości opakowań, tj. 1500 op?

Ad. 2. Zamawiający wymaga 600 szt. niezależnie od wielkości opakowania (max. do 5 szt. w opakowaniu). W przypadku opakowania po 2 szt. Zamawiający wymaga 300 op.

VII.

1. Pakiet nr 11 poz.1

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia ww rękawic na opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Projekt umowy – par. 4 ust. 3

Ze względu na przewidziany w umowie par.4 ust.3 proponowany **bardzo krótki czas na realizację zamówienia na CITO w ciągu 24 godz. (1 dzień)**, zwracamy się z prośbą o dopisanie do par 4 pkt.3 projektu umowy precyzującego **godziny składania** zamówień u Wykonawcy, tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”. Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy mieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

Ad. 2. Zamawiający dokonuje zmiany §4. ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

§4. ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw „na cito” tj. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia. Zamówienia towaru będą składane wówczas u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

3. Projekt umowy – par. 5 ust. 4.11

Wnosimy o zmianę zapisu &5 ust.4.11 poprzez zmianę następującej treści: „W przypadku zmiany **stawki VAT** zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. ”

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.

VIII.

Pytanie 1, Dotyczy Pakiety nr 15, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, Pozycji nr 2 siatkę w rozmiarze 15x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, Dotyczy Pakiety nr 15, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, Pozycji nr 3 siatkę w rozmiarze 10x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, Dotyczy Pakiety nr 15, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, Pozycji nr 4 siatkę w rozmiarze 06x11cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4, Dotyczy Pakiety nr 16, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, Pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 15x15cm lub/i 15x20cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5, Dotyczy Pakiety nr 16, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, Pozycji nr 3 siatkę o gramaturze 96g/m², grubości 0,62mm, grubości włókna 0,15mm oraz wielkości porów 1,1x1,1mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

IX.

1. Pakiet 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez wycięcia?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm z wycięciem „U” z systemem aplikacji ramka z 1 taśmą do opisu, nieposiadający włókninowych wzmocnień?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrotekstutowane na całej powierzchni, o grubości na palcu : 0,16 mm +/-0,02?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową spełniającą rolę tekstury?

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrotekstutowane na całej powierzchni, o grubości na palcu : 0,16 mm +/-0,02?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,22 mm +/- 0,02, dłoń: 0,19 mm +/- 0,01 oraz mankiet: 0,17 mm +/- 0,01?

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by na potwierdzenie poziomu AQL przedstawić raport z badania producenta?

Ad. 7. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Pakiet 10. Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowane?

Ad. 8. Zamawiający wymaga rękawic bezpudrowych.

9. Pakiet 10. Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturowaną powierzchnią?

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 11. Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców?

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 12. Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach?

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 13. Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 455 mm?

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 18, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 13. Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 18, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 14. Zamawiający nie dopuszcza.

15. Pakiet 18, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pakiet 19, pozycja 1-3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby kompresy pakowane były indywidualnie?

Ad. 16. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet 19, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'3sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 17. Zgodnie z SIWZ.

18. Pakiet 19, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 20. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 19. Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet 26, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Ad. 20. Zamawiający dopuszcza.

X.

Pytania dot. asortymentu:

1. Pakiet 2, poz. 9-11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o czasie wiązania ok 5 min?

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pakiet 6: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie:

| skład | ilość |
|---|-------|
| serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze min. 42 g/m ² 45x75cm | 1 |
| serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m ² 50x60cm z otworem 10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W, 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa 13cm | 1 |

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet 6: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu pakowanego w twardy blister?

Twardy blister to bezpieczne zapakowanie wyrobu medycznego oraz doskonały pojemnik na płyny, czy odpadki – co eliminuje potrzebę używania dodatkowych naczyń.

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.

4. Pakiet 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein <200mg/g?

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pakiet 7, 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu na pojedynczej ścianie 0,20 ± 0,02 mm, reszta zgodna z SIWZ?

Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pakiet 15, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozm. 8x13cm?

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pakiet 17, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim?

Ad. 7. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Pakiet 19, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozm. 7x7cm?

Ad. 8. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Pakiet 19, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów o gramaturze 40g?

Ad. 9. Zgodnie z SIWZ.

10. Pakiet 21, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów twardych nadających się do preparacji martwych tkanek?

Ad. 10. Zgodnie z SIWZ.

11. Pakiet 22, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga elastycznej siatki zawierającej w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierającej bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ.

12. Pakiet 25, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pochodzących od jednego producenta?

Ad. 12. Nie. Zgodnie z SIWZ.

13. Pakiet 25, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla noworodków ze specjalnym wycięciem na kikut pępowiny, które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca?

Ad. 13. Nie. Zgodnie z SIWZ.

14. Pakiet 25, poz. 2: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Ad. 14. Nie. Zgodnie z SIWZ.

15. Pakiet 25, poz. 3-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o sugerowanych obwodach w pasie: M – 75-110 cm, L – 100-150 cm, XL – 130-170 cm?

Czy na potwierdzenie ww. parametrów Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart danych technicznych wystawionych przez producenta?

Ad. 15. Nie. Zgodnie z SIWZ.

16. Pakiet 25, poz. 3-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z falbankami skierowanymi na zewnątrz?

Ad. 16. Nie. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet 25, poz. 4-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadającym rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160 cm. W Wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jest jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej i nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zarówno produktu w rozmiarze L i XL, a proponowany przez nas zakres obwodów pieluchomajtek L i XL jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Ad. 17. Nie. Zgodnie z SIWZ.

18. Pakiet 27: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny białej, spełniającej wymogi ustawy o wyrobach medycznych?

Ad. 18. Nie. Zgodnie z SIWZ.

19. Do wyrobów gazowych i włókninowych jałowych: Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia raportu walidacji?

Ad. 19. Nie. Zgodnie z SIWZ.

XI.

Aby wziąć udział w ogłoszonym przez Państwa przetargu zwracamy się z pytaniem:

1) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16:

Siatkę miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową, kompozytową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita.

Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 µm, nie prasowana termicznie, z oznakowaniem strony implantacji, w rozmiarze:

- poz. nr 1- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 17 cm),
- poz. nr 2- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 x 15 cm) ?

Ad. 1. Nie. Zgodnie z SIWZ.

2) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 3:

Siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,42 mm, gramatura 107 g/m², porowatość 748- 924 µm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Ad. 2. Nie. Zgodnie z SIWZ.

3) Dotyczy Pakietu nr 16:

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tej/ tych pozycji i utworzenie odrębnego pakietu.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Ad. 3. Nie. Zgodnie z SIWZ.

XII.

1. **PAKIET 1.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 mb?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. **PAKIET 19 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe w rozmiarze 5 cm x 5 cm w opakowaniu blister 3 sztuki łącznie?

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

3. PAKIET 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm w opakowaniu blister 3 sztuki łącznie?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

4. PAKIET 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe w rozmiarze 10 cm x 10 cm w opakowaniu blister 3 sztuki łącznie?

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

XIII.

Pakiet 11, poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców.

Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie przeliczenia ilości par na opakowania a'100szt. lub a'200szt.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

XIV.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto.**

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.

XV.

Pytanie nr 1 dotyczące pakietu nr 30 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw „na cito” w przypadku pakietu nr 30 ?

Ad.1. Zgodnie z SIWZ oraz zmianą treści SIWZ dokonaną odpowiedzią na pytanie numer 2 w części VII. niniejszego pisma.

Pytanie nr 2 dotyczące pakietu nr 30 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Ad.2. Zgodnie z SIWZ oraz zmianą treści SIWZ dokonaną odpowiedzią na pytanie numer 2 w części VII. niniejszego pisma.

Pytanie nr 3 dotyczące pakietu nr 30 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 2 dni roboczych ?

Ad.3. Zgodnie z SIWZ oraz zmianą treści SIWZ dokonaną odpowiedzią na pytanie numer 2 w części VII. niniejszego pisma.

Pytanie nr 4 dotyczące pakietu nr 30 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych ?

Ad.4. Zgodnie z SIWZ oraz zmianą treści SIWZ dokonaną odpowiedzią na pytanie numer 2 w części VII. Niniejszego pisma.

Pytanie nr 5 dotyczące pakietu nr 30 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby atesty o których mowa w paragrafie 8 dostarczane były wraz z pierwszą dostawą lub na wezwanie Zamawiającego?

ponieważ przedmiotem dostawy nie jest dostawa jednorazowa, tylko dostawy sukcesywne

Ad.5. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczące pakietu nr 30 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 9 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Ad.6. Zgodnie z SIWZ.

XVI.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści w zad 16 poz 1 siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, wykonaną z dwóch komponentów (PP polipropylen w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorek winylidenu w 88% od strony trzewnej), z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, zapobiegającą powstawaniu zrostów nieprzylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita - antyadhezyjna, 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm? Taki skład implantu, zapewnia szybki i kompletny zrost z otrzewną, jednocześnie zabezpieczając przed adhezją pomiędzy trzewiami a siatką. Zastosowanie PVDF minimalizuje reakcję obronną organizmu na implant.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w zad 16 poz 2 siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, wykonaną z dwóch komponentów (PP polipropylen w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorek winylidenu w 88% od strony trzewnej), z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, zapobiegającą powstawaniu zrostów nieprzylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita - antyadhezyjna, 30 x 20 cm lub 20 x 15 cm? Taki skład implantu, zapewnia szybki i kompletny zrost z otrzewną, jednocześnie zabezpieczając przed adhezją pomiędzy trzewiami a siatką. Zastosowanie PVDF minimalizuje reakcję obronną organizmu na implant.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w zad 16 poz 3 siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonana ze 100% PVDF (Polifluorek winylidenu), grubość siatki 0,52 mm, porowatość 70%, waga 78g/m², rozmiar 10 x 15 cm z możliwością docinania bez strzępienia się materiału?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

XVII.

1. Pytanie Pakiet 2, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 8cm x 3m?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie Pakiet 3, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca w rozmiarze 2,5cm x 9m, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie Pakiet 3, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca w rozmiarze 5cm x 9m, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie Pakiet 3, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca w rozmiarze 2,5cm x 9m, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie Pakiet 5, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej o długości 9m

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pytanie Pakiet 5, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca o długości 9m

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Pytanie Pakiet 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych o nieznacznie różniącej się od wymaganej grubości na palcu na pojedynczej ściance równej 0,20mm- 0,21mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie Pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych o nieznacznie różniącej się od wymaganej grubości na palcu na pojedynczej ściance równej 0,20mm- 0,21mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu a'100 sztuk wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości z par na opakowania oraz podaniem ceny jednostkowej netto za opakowanie.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych, posiadających teksturę na końcach palców.

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu a'100 lub a'200 sztuk wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości z par na opakowania oraz podaniem ceny jednostkowej netto za opakowanie.

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych w opakowania a'50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie Pakiet 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ginekologicznych, lateksowych, bezpudrowych, jałowych, o przedłużonym mankiecie – długość rękawicy min. 501mm.

Ad. 13. Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie Pakiet 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,12mm, dłoni 0,08mm, w opakowaniu a'200 sztuk (wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości), opakowanie rękawic w rozmiarze 12x12x16cm (+/-5%), pozostałe wymagania zgodne z siwz.

Ad. 14. Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie Pakiet 18, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet 4- warstwowych.

Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pytanie Pakiet 18, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet pakowanych a'2 sztuki.

Ad. 16. Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pytanie Pakiet 19, poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów pakowanych po 3 sztuki, bez indywidualnego pakowania pojedynczych kompresów.

Ad. 17. Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pytanie Pakiet 19, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów w rozmiarze 10x10cm

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza.

19. Pytanie Pakiet 19, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie kompresu z poz. 4 do oddzielnego pakietu – w celu złożenia korzystnej oferty na pozostały asortyment.

Ad. 19. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert oraz godziny pozostają bez zmian.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bani

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
i zamówień publicznych
Rafał Winiarski

Kierownik Apteki
mgr Bożena Małycha