

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 19 maja 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę kart do badań serologicznych metodą mikrokolumnowo-żelową wraz z niezbędnymi odczynnikami serologicznymi i dzierżawą sprzętu dla potrzeb Pracowni Serologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej numer sprawy: DZP.382.ZO.08.2017.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

1. Prosimy o doprecyzowanie jaka ilość kart z podanej 2 000 szt. (poz. 1 opisu przedmiotu zamówienia) to:

- a) karty przeznaczone na skreening przeciwciał w PTA-LISS?
- b) karty przeznaczone na próbę zgodności?

AD. 1.

a) KARTY PRZEZNACZONE NA SKREENING PRZECIWCIAŁ W PTA-LISS? – 1600 SZT.

b) KARTY PRZEZNACZONE NA PRÓBĘ ZGODNOŚCI? – 400 SZT.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwinek wzorcowych o stężeniu poniżej 1% (poz. 3 opisu przedmiotu zamówienia), gotowych do użycia w opakowaniach jednostkowych 3x10 ml, dedykowanych do oferowanej mikrometody żelowej, w ilości odpowiedniej do wskazanej liczby kart/badań oraz uwzględniającej termin ważności krwinek?

AD. 2. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

3. Czy Zamawiający dopuści inny sposób konfekcji krwinek niż wskazana wielkość opakowania, z odpowiednim przeliczeniem ich ilości?

AD. 3. TAK, MAKSYMALNA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 3X5 ML.

4. Czy Zamawiający dopuści zmianę ilości wymaganego odczynnika LISS (poz. 4 opisu przedmiotu zamówienia) i zaoferowanie produktu w takiej ilości, która pokryje wskazane zapotrzebowanie badań Zamawiającego?

Wskazujemy, że metodyki dostępnych na rynku systemów mikrokolumnowych różnią się od siebie, wymagają innych ilości materiałów zużywalnych, stąd zasadne jest, aby te ilości określał w ofercie wykonawca.

Ad. 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ ILOŚCI WYMAGANEGO ODCZYNNIKA LISS (POZ. 4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) I ZAOFEROWANIE PRODUKTU W TAKIEJ ILOŚCI, KTÓRA POKRYJE WSKAZANE ZAPOTRZEBOWANIE BADAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

5. W związku z wymogiem zaoferowania w dzierżawę pipety automatycznej prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania również niezbędnych ilości jednorazowych końcówek do tej pipety?

Ad. 5. NIE.

6. Czy Zamawiający dopuści pipetę z możliwością pipetowania seryjnego następujących objętości: 12,5 µl, 25 µl, 50 µl, zgodnie z projektem i przeznaczeniem producenta do określonej metody?

Ad. 6. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PIPETA NA KONCÓWKI TYPY GILSONA.

7. Czy w przypadku, jeżeli uzyskiwane wyniki na zaoferowanej metodzie są jednoznaczne i nie wymagają dodatkowego doświetlenia kart lampą w celu ich właściwej oceny, Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania specjalistycznej lampy LED?

Ad. 7. ZAMAWIAJĄCY ODSZTĘPUJE OD WYMOGU ZAOFEROWANIA SPECJALISTYCZNEJ LAMPY LED.

8. W odniesieniu do wymogu lampy LED, prosimy o podanie jakimi parametrami winna charakteryzować się specjalistyczna lampa?

Ad. 8. NIE DOTYCZY W ZWIĄZKU Z ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIE NUMER 7.

9. Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności max 36 kart, posiadający jedną komorę inkubującą, ale wyposażonego w regulator umożliwiający inkubację 3 oddzielnych partii materiału jednocześnie?

Ad. 9. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy asortymentu sukcesywnie co miesiąc – zgodnie z harmonogramem dostaw na dany rok (jak w opisie „Dostawy miesięczne wg harmonogramu”), z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych tzw. na cito w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Ad. 10. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

11. W celu umożliwienia złożenia oferty prosimy o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 25.05.2017 r.

Ad. 11. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 23.05.2017 r. o godz. 12.00.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
i zamówień publicznych
Rafał Wiśniewski