

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc**

Sierpc, 27 czerwca 2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.10.2017.**

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

**I. Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu-pakiet nr.1 - kardiomonitor - szt.2**

1. Pkt. I-6- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min., zapis „full disclosure”, krzywej EKG z ostatnich 24 godzin oraz 200 zdarzeń arytmii? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowany przez większość producentów kardiomonitorów. Przegląd 20 dni wstecz na ekranie 12 calowego kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do przeglądu i analizy tak dużych obszarów danych służą stanowiska centralnego monitorowania.

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.**

2. Pkt. II 2- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakresy pomiarowe ciśnień dla dorosłych:

- ciśnienia skurczowego 40-270 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-215 mmHg
- ciśnienia średniego 20-235 mmHg

dla dzieci:

- ciśnienia skurczowego 40-200 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-150 mmHg
- ciśnienia średniego 20-165 mmHg

dla noworodków:

- ciśnienia skurczowego 40-135 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-100 mmHg
- ciśnienia średniego 20-110 mmHg

Są to wystarczające zakresy do prawidłowego monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjentów.

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.**

**II.**

1. Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej posiadającą klawiaturę membranową oraz opisami przycisków słowami SPEED oraz TIME ale wyposażoną w oprogramowanie w języku polskim, spełniającą

pozostałe wymagane parametry techniczne?

**Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej posiadającą klawiaturę membranową oraz opisami przycisków słowami SPEED oraz TIME spełniającą pozostałe wymagane parametry techniczne.**

2. W załączniku nr 2 pakiet 5 dotyczy Wirówki laboratoryjnej, natomiast w tabeli minimalnych wymagań parametrów technicznych L.p. I, Zamawiający umieścił opis „WYMAGANIA OGÓLNE Wózek transportowy do materiałów sterylnych”. Zwracam się z pytaniem czy nie doszło do omyłki pisarskiej w tym miejscu? Jeżeli tak, proszę o sprostowanie.

**Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i właściwy zapis to: „WYMAGANIA OGÓLNE Wirówka laboratoryjna”. Z opisu w wersji edytowalnej proszę o dokonanie zmiany bądź o wykreślenie błędnego zapisu.**

III.

1. Nawiązując do odpowiedzi z dnia 26.06.2017 proszę o wyjaśnienie czy wkraść się błąd pisarski w odpowiedzi dotyczącej prostego menu w języku angielskim ograniczonego do kilku haseł i komunikatów dokładnie opisanych w instrukcji obsługi wirówki w języku polskim ?

Wyświetlacze LED lub LCD w wirówkach posługują się krótkimi hasłami i skrótami angielskimi, które są powszechnie znane, dlatego prosimy o skorygowanie odpowiedzi i dopuszczenie wirówki o wymaganych parametrach lecz z panelem sterującym, wyświetlaczem i menu na którym komunikaty i hasła przedstawione są w formie krótkich komunikatów lub skrótów angielskich.

**Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie numer 4 w części II wyjaśnień z dnia 26 czerwca 2017 r. (Wyjaśnienia III) i dopuszcza wirówkę z bardzo prostym menu w języku angielskim, które jest ograniczone do zaledwie kilku haseł / komunikatów dla operatora, dokładnie opisanych w Instrukcji obsługi wirówki.**

**Termin składania ofert ulega zmianie i upływu w dniu: 30.06.2017 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2017 r. o godz. 11.15.**

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
Beata Bany

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. administracyjnych i eksploatacyjnych  
i zamówień publicznych  
Rafał Wiśniewski