

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 23 czerwca 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.10.2017.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

Pakiet 1 – Kardiomonitoring

1. Ad. I.9. Czy w związku z tym, że w p. II.2. podane są wymagane zakresy pomiarowe ciśnienia dotyczące noworodków, Zamawiający dopuści kardiomonitoring z pomiarem ciśnienia w trybie: dorosły, dziecko, noworodek?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Ad. VI.2. Czy w związku z tym, że praktycznie wszystkie dostępne technologie pomiarowe pulsoksymetrii (BCI, Fast, Masimo, Mindray, Nellcor OxiMax, TrueSignal) posiada dokładność pomiaru PR +/- 3 bpm lub gorszą, Zamawiający dopuści kardiomonitoring z zakresem PR: 20bpm-300bpm+/-3bpm?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 29.06.2017 r. o godz. 12.00.

Dyrektor
SPZZOZ Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. administracyjnych i gospodarczych
i zamówień publicznych
Rafał Włódkowski