

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 23 czerwca 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.10.2017.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

I.

1. W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr: DZP.382.ZO.10.2017 proszę o odpowiedź na pytanie czy: w pakiecie 4 – Wózek transportowy do materiałów sterylnych – może posiadać drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

II.

Pakiet 1: Kardiomonitoring II: NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia)

1. Pytanie do pkt. 5: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie AUTO: 2- 480 minut?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w analizę HRV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)?

Ad. 2. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 29.06.2017 r. o godz. 12.00.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. administracyjnych, gospodarczych
i zamówień publicznych
Rafał Wisniewski

Beata Bany
Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu