

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 29 czerwca 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.11.2017.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

I.

Pakiet 1 – Kardiomonitor

1. Ad. I.9. Czy w związku z tym, że w p. II.2. podane są wymagane zakresy pomiarowe ciśnienia dotyczące noworodków, Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem ciśnienia w trybie: dorosły, dziecko, noworodek?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Ad. VI.2. Czy w związku z tym, że praktycznie wszystkie dostępne technologie pomiarowe pulsoksymetrii (BCI, Fast, Masimo, Mindray, Nellcor OxiMax, TrueSignal) posiada dokładność pomiaru PR +/- 3 bpm lub gorszą, Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem PR: 20bpm-300bpm+/-3bpm?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

II.

1. Pakiet 1: Kardiomonitor

II: NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia)

Pytanie do pkt. 5:

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie AUTO: 2- 480 minut?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w analizę HRV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)?

Ad. 2. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

III.

Pakiet 2: Aparat EKG i pulsoksymetr palcowy

Pytanie do pkt. 5:

1. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 5,7"?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie do pkt. 7: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z papierem o szerokości 210 mm?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie do pkt. 12: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z wewnętrzną pamięcią 400 badań?

4

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pytanie do pkt. 13: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu badań do pamięci USB pośrednio, przy wykorzystaniu dołączonego oprogramowania?

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pytanie do pkt. 19: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym USB i RS232?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pytanie do pkt. 20: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wysyłania zapisów badań EKG w formie maila, pośrednio, przy wykorzystaniu dołączonego oprogramowania?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG miał możliwość podpięcia aparatu do platformy kardiologicznej, zbierającej nie tylko badania EKG, ale również holtera EKG, holtera ciśnienia, spirometrii, próby wysiłkowej czy ergospirometrii?

Ad. 7. Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

IV.

Dotyczy Pakietu 2:

1. Czy funkcja interfejsu komunikacyjnego LAN umożliwiającego wysyłanie zapisów badań EKG w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą, jest funkcją niezbędną? Czy personel szpitala będzie korzystał z ww. funkcji? Jeśli nie, prosimy o odstąpienie od tego wymogu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców i zwiększy konkurencyjność ofert.

Ad. 1. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

2. Prosimy o wyłączenie z pakietu 2 do oddzielnego pakietu pulsoksymetru palcowego.

Ad. 2. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Dotyczy Pakietu 3:

1. Prosimy o wyłączenie z pakietu 3 do oddzielnego pakietu kompaktowego detektora tętna płodu.

Ad. 1. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

2. Czy Zamawiający wymaga analizy i zapisu wg kryteriów Dawesa/Redmana, która uwzględnia nie mniej niż 48 000,00 zapisów?

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, gdyż na rynku funkcjonują różne analizy i interpretacje w aparatach KTG z różną ilością danych, co ma wpływ na jakość analizy. Prosimy o wymóg oprogramowania, które bazuje na analizie ponad 48 000 zapisów. Ważna jest ilość badań, na której opiera się analiza. Analiza (interpretacja), która opiera się na znikomej ilości przypadków nie pełni w 100% swojej funkcji i może nie być dostatecznie dobrym narzędziem pracy dla lekarzy i położnych.

Prosimy o wprowadzenie wymogu potwierdzenia ww kryteriów oświadczeniem producenta/autoryzowanego przedstawiciela dystrybutora lub/i materiałami reklamowymi.

Ad. 2. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat KTG miał możliwość podłączenia w późniejszym czasie telemetrii, ułatwiającej badanie pacjentki?

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wydruku na papierze termicznym o dużej szerokości wydruku –A4 i dopuści zaoferowanie w wysokiej jakości drukarki termicznej zapewniającej automatyczną kliniczną analizę otrzymanego zapisu KTG opartą na kryteriach Dawes'a/Redman'a, co jest ważniejsze niż rozmiar papieru. Odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców i zwiększy konkurencyjność ofert.

Ad. 4. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zapisu na zwykłym papierze do faksu? Odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców i zwiększy konkurencyjność ofert.

Ad. 5. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat KTG posiadał kalkulator wieku ciążowego na ekranie?

Ad. 6. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat KTG posiadał menu w języku polskim?

Ad. 7. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

8. Czy zaoferowane wyposażenie dla KTG jak głowice, papier powinny pasować do aparatów KTG, które są już na wyposażeniu placówki/oddziału? Dodanie takiego wymogu, ułatwi Państwu pracę.

Ad. 8. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Zamawiający wymaga aby oferowane wyposażenie współpracowało z oferowanym aparatem.

V. Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu-DZP.382.ZO.11.2017-pakiet nr.1 - kardiomonitor - szt.3.

1. Pkt. I-6- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min., zapis „full disclosure”, krzywej EKG z ostatnich 24 godzin oraz 200 zdarzeń arytmii.? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowany przez większość producentów kardiomonitorów. Przegląd 20 dni wstecz na ekranie 12 calowego kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do przeglądu i analizy tak dużych obszarów danych służą stanowiska centralnego monitorowania.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt. II 2- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakresy pomiarowe ciśnień dla dorosłych:

- ciśnienia skurczowego 40-270 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-215 mmHg
- ciśnienia średniego 20-235 mmHg

dla dzieci:

- ciśnienia skurczowego 40-200 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-150 mmHg
- ciśnienia średniego 20-165 mmHg

dla noworodków:

G
B

- ciśnienia skurczowego 40-135 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-100 mmHg
- ciśnienia średniego 20-110 mmHg

Są to wystarczające zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjentów.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 04.07.2017 r. o godz. 11 00.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
i zamówień publicznych
Rafał Wiśniewski