

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 21 września 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu numer sprawy: DZP.382.ZO.15.2017.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

I.

Dotyczy pakiet 2 – Zbiornik do przechowywania ciekłego azotu

1. Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty cenowej na zbiornik do przechowywania ciekłego azotu producenta Thermo Scientific model TY509X4, który różni się nieznacznie od opisanego w następujących punktach:

- Średnica wewnętrzna szyjki (mm): 64 mm
- Wysokość całkowita (mm): 612 mm
- Waga pustego zbiornika (kg): 13,6 kg
- Średnica zewnętrzna (mm): 432 mm?

Ad. 1. Zamawiający:

- Średnica wewnętrzna szyjki (mm): 64 mm – **nie dopuszcza**
- Wysokość całkowita (mm): 612 mm - **nie dopuszcza**
- Waga pustego zbiornika (kg): 13,6 kg – **dopuszcza**
- Średnica zewnętrzna (mm): 432 mm – **dopuszcza**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty..

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 25 września 2017 r. do godz. 11.00

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. administracyjno-eksploatacyjnych
i zamówień publicznych
Rafał Hryniewski