

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 20 listopada 2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.20.2017.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

Pkt. 36 Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z czułością dla zespołów średnich 2.5, 5, 10, 20 mm/mV?

Oferowane przez nas oprogramowanie posiada najbardziej użyteczne wartości czułości.

Zwiększenie czułości do 50 i 100 mm/mV nie ma zastosowania w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Pkt. 37 Prędkość przesuwu zapisu EKG 5, 10, 25, 50 i 100 mm/s.

Czy Zamawiający do przetargu system z Prędkość przesuwu zapisu EKG 25, 50 mm/s?

Oferowane przez nas oprogramowanie posiada najbardziej użyteczne wartości prędkości przesuwu zapisu EKG.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Pkt. 46 Wymiary modułu EKG max 140 x 100 x 50 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wymiary przetwornika EKG: 107x63x23 mm. ?

Oferowane przez nas najnowszej technologii przetworniki posiadają mniejszą obudowę. Wpływa to pozytywnie na komfort użytkowania urządzenia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 22.11.2017 r. o godz. 11.00.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bany

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych
i gospodarczych
Ryszard Mielkowski