

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc

Sierpc, 17 listopada 2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.20.2017.**

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

**I.**

**Pakiet 3**

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 3 Kleszczyki naczyniowe o długości 180 mm zamiast 185 mm?

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 5 Imadło chirurgiczne o długości 180 mm zamiast 185 mm?

**Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 Hak operacyjny Richardson 36x28 mm dł. 240 mm?

**Ad. 3. Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu nie występuje Pakiet nr 8. Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 8 Haka operacyjnego Richardson 36x28 mm dł. 240 mm.**

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 czas wykonania 6 tygodni w przypadku, gdyby niektóre z narzędzi nie znajdowały się aktualnie na stanie magazynowym Wykonawcy?

Wynika to głównie z tego, iż czas produkcyjny narzędzi wynosi maksymalnie 6 tygodnia.

**Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.**

**II.**

**Pakiet 3.**

1. Pakiet 3, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Pakiet 3, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.**



3. Pakiet 3, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MAYO HEGAR, dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.**

4. Pakiet 3, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MAYO HEGAR, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.**

5. Pakiet 3, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 36x28, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.**

### III.

#### PAKIET 3

Załącznik Nr 4 do Zaprośzenia – Pakiet Nr 3– Narzędzia chirurgiczne

1 Poz. Nr 3 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Poz. Nr 4 – Prosimy o wyjaśnienie bo podany nr BH447R wskazuje, że chodzi o narzędzie o dł. 200 mm. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza narzędzie o dł. 200 mm.**

3. Poz. Nr 5 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.**

4. Poz. Nr 8 – Prosimy o wyjaśnienie bo podany nr BT 477R wskazuje, że Zamawiający wymaga wymiarów części roboczej haka 37x37 mm, prosimy zatem o dopuszczenie haka o wymiarach części roboczej 38x38 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Jeżeli jednak Zamawiający chciałby zamówić hak Richardson o wymiarach części roboczej 37x27 mm to my z kolei prosimy o dopuszczenie haka o wymiarach części roboczej 36x28 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Ad. 4. Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzia o numerze katalogowym BT o wymiarach 37x37. W opisie wystąpiła omyłka pisarska i wymagane przez Zamawiającego wymiary narzędzia to 37x37 mm. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza haka o wymiarach części roboczej 36x28 i 38x38.**



Paragraf III. Termin wykonania zamówienia

5. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla Pakietu nr 3 z 21 dni do 35 dni jako, że przedmiotem zamówienia są narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, których czas produkcji jest długi.

**Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla Pakietu nr 3.**

#### **ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:**

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 4 do zaproszenia w zakresie Pakietu nr 3 w poz. nr 4 wystąpiła omyłka pisarska i wymagana przez Zamawiającego długość narzędzia to 200 mm.

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 4 do zaproszenia w zakresie Pakietu nr 3 poz. 5 i poz. 6 nastąpiła omyłka pisarska i właściwy typ narzędzia to: HEGAR-MAYO.

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 4 do zaproszenia w zakresie Pakietu nr 3 poz. 8 wystąpiła omyłka pisarska i wymagany przez Zamawiającego hak operacyjny typ Richardson powinien posiadać wymiary 37x37 mm, długość 240 mm.

**W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE ZAŁĄCZNIKA NR 4 PAKIET 3 ZAMAWIAJĄCY ZAŁĄCZA DO NINIEJSZEGO PISMA ZMODYFIKOWANĄ TABELĘ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE PAKIETU NR 3 – NARZEDZIA CHIRURGICZNE.**

#### **IV. Pakiet 1 Aparat EKG**

1.Pytanie do pkt. 5:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 5,7"?

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.**

2.Pytanie do pkt. 7:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z papierem o szerokości 210 mm?

**Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.**

3.Pytanie do pkt. 11:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z prostym zakładaniem papieru, jednak nie określanym jako "easy load"? Nazwa ta zarezerwowana jest dla aparatów tylko jednego konkretnego producenta.

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.**

4. Pytanie do pkt. 13:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z wewnętrzną pamięcią 400 badań?

**Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.**

5. Pytanie do pkt. 14:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu badań do pamięci USB pośrednio, przy wykorzystaniu dołączonego oprogramowania?

**Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.**

6. Pytanie do pkt. 20:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym USB i RS232?

**Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.**

7. Pytanie do pkt. 21:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wysyłania zapisów badań EKG w formie maila, pośrednio, przy wykorzystaniu dołączonego oprogramowania?

**Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.**

8. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG miał możliwość podpięcia aparatu do platformy kardiologicznej, zbierającej nie tylko badania EKG, ale również holtera EKG, holtera ciśnienia, spirometrii, próby wysiłkowej czy ergospirometrii?


**Ad. 8. Zamawiający nie stawia takich wymagań ale dopuszcza.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.eu](http://www.spzzozsierpc.eu) w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 22.11.2017 r. o godz. 11.00.

  
Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
**Beata Bany**

  
p.o. Zastępcy Dyrektora  
dz. administracyjno-eksploatacyjnych  
i zamówień publicznych  
**Rafał Wójcicki**

# Zmodyfikowany załącznik nr 4 do zaproszenia

## Pakiet 3 – Narzędzia chirurgiczne

Tabela parametrów technicznych – Narzędzia chirurgiczne

Producent .....

Kraj pochodzenia .....

Rok produkcji (fabrycznie nowe): .....

L.p.	Minimalne wymagane parametry techniczne	Wymogi graniczne	Tak/ Nie
I	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1.	Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 180mm ostrza, tępo tępo utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha nr katal. BC263W – 3szt.	TAK	
2.	Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 200mm ostrza, tępo tępo utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha nr katal. BC265W– 2szt.	TAK	
3.	Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN odgięte dł. 185mm skok ząbków 0,9mm nr katal. BH445R - 8szt.	TAK	
4.	Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN odgięte dł. 200mm skok ząbków 0,9mm nr katal. BH447R - 4szt.	TAK	
5.	Imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką dł. 185mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm nr katal. BM066R – 3 szt.	TAK	
6.	Imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką dł. 200mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm nr katal. BM067R – 4 szt.	TAK	
7.	Kleszczyki atraumatyczne proste typ RAMPLEY dł. 250mm z zamkiem nr katal. BF118R – 2szt.	TAK	
8.	Hak operacyjny typ RICHARDSON 37x37 mm dł. 240mm nr katal. BT477R – 2szt.	TAK	

4

12



II	POZOSTAŁE		
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK PODAĆ	

**Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....  
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*