

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.02.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ:

I.

Pakiet nr 17

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 17 dopuści zaoferowanie stentów do jelita i dwunastnicy w zestawach o średnicy 10,2Fr uwalnianie przy pomocy obu rąk, średnica stentu dwunastniczego 20 mm, średnica stentu jelitowego 24 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza..

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 17 dopuści zaoferowanie stentów pokrywanych od wewnątrz, pętla na obu końcach dla stentu całkowicie pokrywanego, długość 13 cm w miejsce długości 12,5 cm, uwalnianie obiema rękami z zestawu o średnicy 6 mm, , pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

II.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach technicznych:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m2
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

III.

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 gotowy do podania środek – gąbka hemostatyczna sporządzona ze sterylnego, włóknistego i nierozpuszczalnego w wodzie oczyszczonego wołowego kolagenu skóry właściwej. Dostępne wymiary gąbki 8,0cm x 6,25cm x 1 cm (50 cm2)

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

IV.

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniałą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu poli(glikolid i L-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania

h 2

tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: Wnioskowany szew posiada dokładnie to samo przeznaczenie. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznaczna różnica w powleczeniu nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła).

W swojej ofercie szwy, w których stosunek glikolidu i laktydu wynosi 35/65 posiada tylko jeden dystrybutor działający na polskim rynku – Aesculap Chifa Sp. z o.o. Brak zgody na dopuszczenie wnioskowanego materiału spowoduje naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez wskazanie wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia.

Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycji szew z igłą o długości 23 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 6, 14, 16

Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycji szew o długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycji szew o długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 19

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szwy pakowane w standardowe opakowanie sterylne, opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici, szew na nośniku z bezpośrednim dostępem do igły, która jest zabezpieczona specjalnym klipsem uniemożliwiającym zakłucie operatora oraz ułatwiającym bezpieczne pobranie szwu z nośnika?

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 20

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni bez powleczenia antybakteryjnego?

Ad. 11. Zamawiający nie dopuszcza.

V.

Dotyczy SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Ad. 1. Zamawiający potwierdza powyższe.

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza powyższe. Patrz SIWZ rozdział VI punkt C, podpunkt a „W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Tak złożone oświadczenie Zamawiający uzna za aktualne i nie będzie wzywał Wykonawcy do ponownego jego złożenia.”

Dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy § 12 ust. 5 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § na zapis:

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

- w przypadku powtarzającego się kolejnego, 2-krotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką (...)

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.

VI

Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28 dniach, ok.50% po 42 dniach od zaimplantowania, czas wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej standardowej tj. nie posiadającej opisu „plastyczna, kosmetyczna o zakończeniu typu micro-point”?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej o długości 19mm?

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej dwuwkłęsłej szczególnie polecanej do zabiegów plastycznych, kosmetycznych?

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej 1 x 60cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanianych z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania ok. 21-28 dni i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm?

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.

VII.

1. Czy zamawiający wydzieli lub pozwoli na złożenie oferty częściowej w Pak 11 poz. 4, 5? Wyłączenie tych pozycji pozwoli większej ilości oferentów na złożenie oferty a tym samym uzyskanie przez zamawiającego korzystniejszej ceny. Wymogi produktowe tego pakietu spełnia wyłącznie jeden oferent. W przypadku zgody na wyłączenie, prosimy o podanie ilości klipsownic do użyczenia.

Ad.1. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Pak 11 poz. 4, 5 na oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok pakowane po 6 sztuk w magazynku

Ad.2. Zgodnie z SIWZ.

VIII.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczna, kosmetyczna o zakończeniu mikro-point”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę o długości 19mm, kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „ o zakończeniu mikro-point”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie poz.2 również na igłą dwuwkłęsłą, szczególnie polecaną do zabiegów plastycznych i kosmetycznych, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę.

IX.

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 18 pkt 1

Czy Zamawiający zamiast rozmiaru 5 cm, dopuści rozmiar 7 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

X.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto.

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

p.o. Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski