

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 16.10. 2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG oraz sfinktomanometru dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

Dotyczy pakietu nr. 1 Aparat USG

I.

1. **Dotyczy: pkt. I.1 załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet nr 1 aparat USG**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu podemonstracyjnego, wyprodukowanego w 2017 roku.

Prosimy o ujednolicenie zapisu tego punktu w następujący sposób:

1	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nieużywany, lub aparat podemonstracyjny. Rok produkcji min. 2017 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2017	Tak	
---	--	-----	--

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. **Dotyczy: pkt. I.11 załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet nr 1 aparat USG**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparat USG z monitorem min. 21 cali o rozdzielczości min. 1600x900?

Ad. 2. Zamawiający nie stawia takiego warunku. Zamawiający dopuszcza aparat USG z monitorem min. 19" o rozdzielczości 1600x900.

3. **Dotyczy: pkt. II.2 załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet nr 1 aparat USG**

Zamawiający wymaga: „Oprogramowanie w języku polskim”

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Prosimy o dopuszczenie do udziału aparat USG bez oprogramowania w języku polskim,

Aparat wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i angielskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej.



Ze względu na specjalistyczność urządzeń nie praktykuje się dla aparatu Ultrasonograficznego menu w języku polskim.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy: pkt. II.74 załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet nr 1 aparat USG

Zamawiający wymaga:

„Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę.”

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez oprogramowania poprawiającego wykrywanie mikrozwapnień?

Jest to opcja, która jest sporadycznie wykorzystywana, a dość znacznie podraża wartość aparatu.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza aparat USG bez oprogramowania poprawiającego wykrywanie mikrozwapnień.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 19 października 2018 rok o godzinie 11⁰⁰.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski