

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 07 września 2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.19.2018.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

**I. Pakiet nr 1
Kardiomonitor**

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z archiwizacją 72 godziny z jednoczesnym zapisem wszystkich mierzonych parametrów: wartości liczbowych/fal/trendów (Temp/Spo2/Resp/NIBP)?

Ad.1 Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z tolerancją interwału pomiędzy pomiarami poniżej 15 sekund z możliwością ustawienia automatycznego interwału w zakresie 1- 480min?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem PR 30-240bpm +/- 3 bpm z możliwością zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 przez użytkownika? Wartość minimalnie różni się od wartości przedstawionej w opisie parametrów technicznych.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzozsierpc.eu. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 11.09.2018 r. o godz. 11.00.


Dyrektor
SPZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski