

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 11 września 2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.19.2018.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym dotyczącym w pakiecie 3 - dostawy wytwornicy pary – chcielibyśmy wyjaśnić następujące wątpliwości:

w punkcie 8:

Czy Zamawiający zaakceptuje wytwornicę pary o maksymalnej wydajności czystej pary 108kg/h.

Ad1. Zamawiający dopuszcza.

W punkcie 6:

Czy Zamawiający zaakceptuje wytwornicę pary gdzie przeszkolony personel techniczny będzie miał możliwość ustawienia następujących mocy urządzenia: 24kW, 48kW, 72,5kW.

Ad2. Zamawiający akceptuje .

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i zgodnie z informacją z dnia dziesiątego września upływa w dniu: 13.09.2018 r. o godz. 11.00.


Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski