

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.19.2018.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

I. Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu - pakiet nr 1 -kardiomonitor - szt.1

1. Pkt. I-6- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min., zapis „full disclosure”, krzywej EKG z ostatnich 24 godzin oraz 200 zdarzeń arytmii.? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowany przez większość producentów kardiomonitorów. Przegląd 20 dni wstecz na ekranie 12 calowego kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do przeglądu i analizy tak dużych obszarów danych służą stanowiska centralnego monitorowania.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt. II 2- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakresy pomiarowe ciśnień dla dorosłych:

- ciśnienia skurczowego 40-270 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-215 mmHg
- ciśnienia średniego 20-235 mmHg

dla dzieci:

- ciśnienia skurczowego 40-200 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-150 mmHg
- ciśnienia średniego 20-165 mmHg

dla noworodków:

- ciśnienia skurczowego 40-135 mmHg
- ciśnienia rozkurczowego 10-100 mmHg
- ciśnienia średniego 20-110 mmHg

Są to wystarczające zakresy do prawidłowego monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjentów.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

II.

Pakiet 4, poz. 29 i poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, sonda dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka wziernika wym. 90x40, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna MAYO-HEGAR,, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.

III.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności kardiomonitora w pakiecie nr. 1 o następujących parametrach:

L.p.	Minimalne wymagane parametry techniczne	Wymogi graniczne	Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne (opis)
I	WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Kolorowy wyświetlacz LCD min. 12.1 cala, o masie nie większej niż 4 kg.	TAK	
2.	System alarmów dźwiękowych i wizualnych z ustawieniem dolnych i górnych granic	TAK	
3.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny.	TAK	
4.	Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.	TAK	
5.	Analiza arytmii, co najmniej 23 rodzaje rozpoznawanych zaburzeń	TAK	
6. 7.	Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut.	TAK	
8.	Min. 48 godziny zapisu EKG	TAK PODAĆ	
9.	Wysokiej precyzji moduł NIBP i SpO2	TAK	
10.	Pomiar ciśnienia w trybie: dorosły, dziecko, niemowlę	TAK	
11.	Ochrona przed interferencją spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi	TAK	
II	NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia)		



1.	Oscylometryczna metoda pomiaru	TAK	
2.	Zakres pomiarowy: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze - dorosły 25-265mmHg 12-220mmHg 18-245mmHg - noworodek 25-135mmHg 12-110mmHg 18-120mmHg	TAK	
3.	Dokładność pomiaru: +/- 5mmHg	TAK	+-
4.	Tryb pomiaru: Manual, Auto, STAT	TAK	
5.	Automatyczny interwał pomiarowy: 1-480min	TAK	
6.	Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).	TAK	
III	TEMP (Temperatura)		
1.	Zakres pomiarowy: min. 15°C-45°C	TAK	
2.	Dokładność pomiarowa: min. +/- 0,2°C	TAK	
IV	EKG		
1.	Zakres pulsu: min. 20bpm-300bpm	TAK	
2.	Dokładność pomiaru pulsu: +/- 1% lub +/- bpm w zależności co większe	TAK	
3.	Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń.	TAK	



4.	Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić.	TAK	
5.	Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać.	TAK	
V	RESP		
1.	Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej	TAK	
2.	Zakres pomiaru: min. 0-120 razy/min.	TAK	
3.	Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min	TAK	
VI	SpO2 & PR (saturacja i puls)		
1.	Zakres SpO2: min. 5%-100%		
2.	Zakres PR: 30bpm-240bpm+/-3bpm		
2.	Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).		
VII	POZOSTAŁE		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
2.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK	
3.	Gwarancja min. 60 miesięcy	TAK PODAĆ	
4.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK PODAĆ	
5.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK PODAĆ	
6.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.	TAK	

7.	Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia.	TAK	
8.	Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia	TAK	
9.	Uruchomienie i przeszkolenie personelu	TAK	

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

IV.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi z tolerancją długości +/- 0,5cm i spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. 1. Zgodnie z treścią Zapytania (Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę jedynie w przypadku gdy Wykonawca określi, których pozycji zmiana ma dotyczyć).

V.

Pytanie nr 2.

Dotyczy Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych – pkt. od 2 do 25.

Czy Zamawiający dopuści rozszerzacz maciczny typu Hegar o długości całkowitej 190mm w miejsce wymaganej 185mm i spełniające pozostałe wymagania?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Dotyczy Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych – pkt. 26.

Czy Zamawiający dopuści pincetę anatomiczną, standard, prosta, długość 140mm (w miejsce wymaganej 145mm)?

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Dotyczy Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych – pkt. 33.

Czy Zamawiający dopuści Wziernik ginekologiczny dwu łyżkowy typ KALLMORGEN Wielkość łyżek 90x40mm (w miejsce wymaganego 95x39 mm) długość 200mm ?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Dotyczy Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych – pkt. 36.

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki do szwów proste typ LITTAUER długość 140 (w miejsce wymaganej 135 mm)?

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Dotyczy Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych – pkt. 37 i 38.

Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz typ HEGAR nacięcia krzyżowe do materiału 4/0 - 0,5 mm, spełniające pozostałe wymagania?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Dotyczy Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych – pkt. od 37 do 39.

Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz typ HEGAR nacięcia krzyżowe do materiału 4/0 - 0,5 mm, spełniające pozostałe wymagania?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

VI.

Dotyczy : Pakiet 6 – Wózek do przewożenia chorych

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach maksymalnych 2020mm / 730mm?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 do 940mm?

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek dostosowany do pracy przy maksymalnym obciążeniu 170kg?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szczyty wykonane ze stali chromowanej?

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 4cm?

Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza.

VII.

Pyt. 1

Czy w rozumieniu pkt 2 Zamawiający dopuści nowocześniejszą konstrukcję wózka na dwóch kolumnach hydraulicznych z możliwością regulacji wysokości i przechyłów wzdłużnych za pomocą obustronnych dźwigni nożnych?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokość minimalną wózka 600mm oraz wysokość maksymalną, wynoszącą 910mm? Parametr ten nieznacznie różni się od oczekiwanego.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści leże 4-segmentowe przeziernie dla RTG, z możliwością lepszego pozycjonowania pacjenta?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka, która nie wymaga zastosowania dodatkowych szczytów? W miejscu szczytów znajdują się ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza

VIII.

Pakiet nr 4 Narzędzia do operacji ginekologicznych.

Lp.28 Prosimy o opuszczenie kleszczy typu Foerster o szor. oczka 13 mm i dł. 240 mm.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.31 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 320 mm.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.32 Prosimy o dopuszczenie zestawu wzierników o dł. 180 mm pozostałe wymagane parametry bez zmian

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.33 Prosimy O dopuszczenie wziernika dwułyżkowego. wym. łyżek 90x40 mm i dl. 215 mm.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.36 Prosimy o opuszczenie nożyczek o dł.130 mm

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

Lp,37 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza Mayo-Hegar o dł. 160 mm.

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.

Lp.38 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza Mayo-Hegar tI dł. 180 mm.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.

Lp.39 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza Mayo-Hegar o dł. 200 mm.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza.

Lp.40 Prosimy O dopuszczenie nożyczek n dł. 210 mm.

Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny narzędzi chirurgicznych jest bardzo długi.

Ad. 10. Zgodnie z treścią Zapytania

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 11.09.2018 r. o godz. 11.00.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski