

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 19 lutego 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.01.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ:

I.

pakiet 26

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 26-28 oraz poz. 30 i utworzy osobny pakiet zawierający strzykawki do pomp i strzykawkę 100 ml ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie?

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 2,4,6-13 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie?

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 18-23 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie?

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

Czy zamawiający w poz. 2 dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Ad.4. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

Czy zamawiający w poz. 4 dopuści wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?

Ad.5. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

Czy zamawiający w poz. 6 dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Ad.6. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

Czy zamawiający w poz. 9-10 dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Ad.7. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

Czy zamawiający w poz. 11 dopuści wycenę za opak. 144 szt z przeliczeniem?

Ad.8. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

Czy zamawiający wydzieli poz. 33-34 do osobnego pakietu zawierającego wieszaki i worki ?

Ad. 9. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 35-36 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie?

Ad. 10. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 37-38 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie?

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 39-40 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie?

Ad. 12. Zgodnie z SIWZ

Poz. 39-40 Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Ad.13. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 43-45 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie i utworzy osobny pakiet zawierający stazy?

Ad. 14. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 46-48 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie i utworzy osobny pakiet zawierający wzierniki ginekologiczne?

Ad. 15. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 49-50 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie i utworzy osobny pakiet zawierający maski z nebulizatorem?

Ad. 16. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 53- 58 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie ?

Ad. 17. Zgodnie z SIWZ

pakiet 27 poz. 53 czy zamawiający dopuści wycenę za 50 szt w opak. z przeliczeniem?

Ad.18. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 60 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie ?

Ad. 19. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 62 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie ?

Ad. 20. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 65-67 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie ?

Ad. 21. Zgodnie z SIWZ

pakiet 27 poz. 66 czy zamawiający ma na myśli golarkę dwuostrzową 23 vat%?

Ad. 22. Zamawiający w tej pozycji ma na myśli produkt medyczny opodatkowany stawką 8% VAT.

Pakiet 27 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 71 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie ?

Ad. 23. Zgodnie z SIWZ

pakiet 27 poz. 71 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Ad.24. Zamawiający nie dopuszcza.



Pakiet 27 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 74 ze względu na zróżnicowanie asortymentu zawartego w tym pakiecie ?

Ad. 25. Zgodnie z SIWZ

II.

1. Pakiet 12 pozycja 5

Czy zamawiający w w/w pozycji dopuści stapler liniowy o wysokości otwartej zszywki 3,80 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

III.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto.

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ

IV.

Pakiet 29.

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 6 tygodni od daty zamówienia. Informuję, że specyfika Cewników powietrznych do manometrii anorektalnej powoduje, że nie są one dostępne na magazynie a jedynie produkowane na zamówienie.

Ad. 1. Zamawiający w pakiecie nr 29 dopuszcza termin realizacji dostawy do 6 tygodni od daty zamówienia.

V.

Pakiet nr 26 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 25 mm

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm.

Pakiet nr 26 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,5 x 40 mm.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,5 x 25 mm.

Pakiet nr 26 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 40 mm

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,6 x 25 mm.

Pakiet nr 26 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 30 mm

Ad.4. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 40 mm

Ad.5. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,8 x 40 mm

Ad.6. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,9 x 40 mm

Ad.7. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,1 x 40 mm

Ad.8. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm

Ad.9. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Ad.10. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 26 poz. 15-16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Ad.11. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 26 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwacza MEDLANCE 21 G (0,8 mm) nakłucie 2,4 mm niebieski.

Ad.12. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwacza MEDLANCE 21 G (0,8 mm) nakłucie 1,8 mm.

Ad.13. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz.27-28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w rozmiarze 50/60 ML.

Ad.14. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 26-28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta pompy, z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania przez producenta pompy.

Ad.15. Zamawiający dopuszcza.

VI

Dotyczy zad. 26 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o głębokości nakłucia 2,4mm?

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 26 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o głębokości nakłucia 1,8mm?

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 26 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści igłę 16Gx30mm?

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 26 poz. 30

Zamawiający wymaga strzykawki z jednym czy dwoma łącznikami luer?

Ad.4. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zad. 27 poz. 5

Zamawiający wymaga kieliszka szklanego czy plastikowego?

Ad.5. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga kieliszka umożliwiającego dezynfekcję

Dotyczy zad. 27 poz. 11

Zamawiający wymaga osłonek pudrowanych czy nawilżanych?

Ad.6. Zamawiający wymaga osłonek nawilżanych.

Dotyczy zad. 27 poz. 23

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik na mocz o pojemności 100ml?

Ad.7. Zamawiający potwierdza.

Dotyczy zad. 27 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml?

Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 61

Czy Zamawiający dopuści szczotkę posiadającą polietylenową szczecinę z jednej strony oraz poliuretanową piankę z drugiej ?

Ad.9. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 70

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczotek jednorazowego użytku pakowanych pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym nadruk z nr serii i datą produkcji, datą ważności?

Ad.10. Zamawiający dopuszcza, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Dotyczy zad. 27 poz. 71

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z absorbentem żelującym zawartość znajdującą się w worku zamiast zastawki antyzwrotnej?

Ad.11. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 71

Czy Zamawiający dopuści worki bez zastawki a możliwością okręcenia worka i zaczepienia w specjalne miejsce co uniemożliwia wydzielanie się zapachu ?

Ad.12. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 73

Czy Zamawiający dopuści worki bez zastawki a możliwością okręcenia worka i zaczepienia w specjalne miejsce co uniemożliwia wydzielanie się zapachu ?

Ad.13. Zamawiający w pozycji 73 wymaga „pas elastyczny do aparatu KTG, dł. Min. 1,50 cm, szerokość 5 cm. Jeżeli pytanie dotyczyło pozycji 71 czyli worek na wymiociny to Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 75

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Czy Zamawiający wymaga 20 op gdzie 1 op=30 szt arkuszy czy jedynie 20 arkuszy czyli niepełne opakowanie?

Ad.14. Zamawiający wymaga 20 opakowań w ilości 30 arkuszy jedno opakowanie.

Dotyczy zad. 27 poz. 52 ,70, 71, 73, 75, 76

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych

Ad.15. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zad. 27 poz. 63,64,

Czy Zamawiający dopuści łączniki uniwersalne?

Ad.16. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 78

Czy Zamawiający dopuści skalpele z ostrzem ze stali węglowej?

Ad.17. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 79

Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 35x43?

Ad.18. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 83

Czy Zamawiający dopuści Sterylne osłony na uchwyt lampy operacyjnej. Z kołnierzem z tworzywa sztucznego – zapobiegający spadaniu. Średnicy kołnierza 120mm. Głębokości osłony 140mm. Otwór o średnicy 15mm. Pakowane pojedynczo?

Ad.19. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zad. 27 poz. 84



Czy Zamawiający dopuści Sterylną, jednorazową osłonę na kamerę. Wymiar 13 (+/- 1cm). cm na 235cm(+/- 1cm)..Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą w rozmiarze 20,5cm x 2cm umożliwiającą fiksację folii?

Ad.20. Zamawiający nie dopuszcza.

VII

Pakiet 27, pozycja 39- Czy zamawiający dopuści worki na mocz dla noworodków i niemowląt dla chłopców z gąbką?

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 27, pozycja 40- Czy zamawiający dopuści worki na mocz dla noworodków i niemowląt dla dziewczynek z gąbką?

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 27, pozycja 71- Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z funkcją Twist & lock" na obręczy, która umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu?

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie i zostają wyznaczone:

- termin do składania ofert – 22 luty 2019 godzina 11:00
- termin otwarcia ofert – 22 luty 2019 godzina 11:30

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wójcicki