

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

Dotyczy SIWZ

1. Czy Zamawiający zgodzi się na podawanie cen z dokładnością do 3-4 miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostką miary jest sztuka?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia
Pakiet 5**

1. Dot. poz. 1,2,3 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność 200 ul?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dot. poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu z uwagi na małą-zaledwie 100 sztuk, ilość produktu?

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie pozycji, to czy zgodzi się na próbki 1ml? (1000 ul)?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. poz. 1-4 Zamawiający pomylił jednostki miary (zamiast „ul“ są „ml“.

Ad.4. Zamawiający pomylił jednostki miary wyłącznie w pozycji 4 – w tej pozycji zamiast „ml“ ma być „ul“.

Pakiet 6

1. Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki ze znacznikiem?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na końcówki żółte?

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu?

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. poz. 3 Czy Zamawiający wymaga kamer Fast-Read?

Ad.4. Zamawiający nie wymaga kamer Fast-Read.

5. Dot. poz. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na próbówki 12x75 mm?
Ad.5. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 7

1. Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary o pojemności określonej jako 98 ul?
Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Dot. poz. 6, 7 Czy Zamawiający oczekuje zatyczek z tworzywa czy z gumy?
Ad.2. Zamawiający oczekuje zatyczek z gumy.
3. Dot. poz. 6, 7 Czy Zamawiający prawidłowo określił ilość zatyczek (kapilar w tym pakiecie jest znacznie więcej)?
Ad.3. Zgodnie z SIWZ.

II. Pytanie 1 dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

"Faktury za dostarczony towar przekazywane będą Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: _____@_____ nie później niż w dniu doręczenia towaru, do faktur Wykonawca dołączy potwierdzenie odbioru ilości dostarczonego towaru."

Ad. 1 Zgodnie z SIWZ.

Ad1. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podlega Ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych i Wykonawca zgodnie z przepisami tej ustawy może drogą elektroniczną przysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

III.

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 12 oraz 13 z Pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 2, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:
- 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania przeciwciał klas IgG oraz IgM Treponema pallidum w surowicy, osoczu oraz krwi pełnej; o czułości, swoistości oraz dokładności powyżej 99,7%?

Ad.2. Zamawiający dopuszcza.

IV.

Dotyczy Pakiet nr 6.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści Zestaw do RSV którego czułość i swoistość kliniczna dla popłuczyn z nosa wynosi min. 92 % w porównaniu z metodą RT-PCR, dla wymazów z nosogardzieli min.92 % w porównaniu metodą RT-PCR?

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści test na narkotyki- panel o następujących parametrach: AMP, OPI , MDMA, COC, MTD , BAR , BZO , MET , TCA, , THC? W teście Opiaty (OPI) odnoszą się do każdego narkotyku, który pochodzi z maku lekarskiego, w tym produktów naturalnych, morfiny i kodeiny oraz półsyntetycznych leków, takich jak heroína.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza.

V.

Pakiet 2, Poz. 4

Czy Zamawiający wymaga wymazówek wraz z zestawem buforu do wypłukiwania i transportowania próbki tego samego producenta ?

Ad.1. Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wymaga testu z dodatkową, zewnętrzną kontrolą ujemną w zestawie ?

Ad.2. Zamawiający wymaga.

VI.

Pytania dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

Wzoru umowy (załącznik nr 5):

Dotyczy §2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Ad.2. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu jak najlepszej współpracy z Wykonawcami nie stosuję w praktyce składania zamówień poniżej kwoty wskazanej w zapytaniu.

Dotyczy §4 pkt 3

Ponieważ nie ma definicji prawnej sformułowania „na cito”, jak Zamawiający rozumie to określenie? Do jakich sytuacji, sformułowanie „na cito” będzie miało zastosowanie?

Ad. 3 Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §5 ust. 4.1.1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

Ad. 4 Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dni robocze?

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §12

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.

Opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga pipet w całości autoklawowlanych, czy pipet z autoklawowalnym trzonem?

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga pipet w całości autoklawowlanych.

Dotyczy Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 12x75 mm?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści próbówki o poj. 2 ml z dnem okrągłodennym (soczewkowym) z płaskim wieczkiem na zawiasie?

Ad.3 Zamawiający informuje że w postępowaniu nie występuję pakiet nr 10. Jeżeli pytanie dotyczy pakiet nr 6 pozycja 7 to Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy terminu składania ofert

Ze względu na to, że 20.06 jest dniem świątecznym, zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian i modyfikacji oferty.

AD.1 Termin do składania ofert ulega przesunięciu i jest wyznaczony na dzień 24 czerwca na godzinę 11:00.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie i są wyznaczone na dzień 24 czerwca 2019 godzina 11.00. Otwarcie ofert 11.30.


p.o. Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Robert Makówka