

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 17 grudzień 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.21.2019.

W związku z przesłanymi pytaniami Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadanie nr 2

Ze względu na nieuniknione niedokładności wykonawcze w związku z czym rzeczywiste wymiary mogą odbiegać od wymiarów nominalnych podanych w katalogu, czy Zamawiający dopuści, najwyższej jakości narzędzia chirurgiczne produkcji niemieckiej, posiadające:

- tolerancja długości całkowitej: +/- 5 mm
- tolerancja wymiaru części roboczej: +/- 0,5 mm
- tolerancja skoku ząbków: +/- 0,3 mm

Ad1. Zamawiający może dopuścić tylko w sytuacji zapytania, o które dokładnie narzędzie chirurgiczne chodzi i o ile dokładnie różnią się wymiary od wymaganych.

Pytanie nr 2.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 3

Czy Zamawiający dopuści naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1 litr wymiary 16,7 (góra)x7,5(wysokość) cm?

Ad2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 26

Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 150x50 długość 250 mm?

Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 27

Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 120x50 długość 250 mm?

Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 28

Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typ fritsch 65x85 mm figura 5 długość 240 mm?

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 30 oraz 63

Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość 150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 27x16mm oraz 26x16mm i 30x16 mm?

Ad 6. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 44

Czy Zamawiający dopuści naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 11,6(góra)x5,6(wysokość) cm?

Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 60

Czy zamawiający dopuści hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 180x50 długość 250 mm

Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 61

Czy zamawiający dopuści hak operacyjny typ richardson 44x38 mm długość 240 mm?

Ad 9. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 66

Czy zamawiający dopuści kosz 1/2 stalowy perforowany bez nóżek o wymiarach 246mmx246mmx50mm?

Ad10. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11.

Dotyczy Zadanie nr 2 – L.P. 66

Czy zamawiający dopuści kosz 1/2 stalowy perforowany bez nóżek o wymiarach 246mmx246mmx70mm?

Ad11. Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu.
Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 20.12.2019 r. o godz. 10.00.

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu

Robert Makówka