

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu wykorzystywanego do artroskopii oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.05.2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),. Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

**I.**

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego firma ..... zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający mając na względzie sytuację epidemiczną tak przesunie termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli co najmniej trzy dni na złożenie ofert w postaci papierowej. Wszystkie pozostałe dokumenty oprócz składających się na ofertę, zamawiający będzie dopuszczał do składania w postaci elektronicznej.**

**II.**

Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga worka laparoskopowego do ekstrakcji, występującego w rozmiarze: 10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml,. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza (Zamawiający nie wymaga) pod warunkiem sterylnych pakowań pojedynczych egzemplarzy.**

**Pakiet 13, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga worka laparoskopowego do ekstrakcji, występującego w rozmiarze: 10 mm 130 mm x 180 mm- 600 ml. Długość ramienia 33 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt

**Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza.**

**III.**

**Pakiet nr 2, pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8**

Czy zamawiający dopuści kaniule dożylnie bez dodatkowego portu w igle oraz ręcznie domykający się korek portu bocznego, która zamiast filtra hydrofobowego posiada zastawkę jednokierunkową zapobiegającą wypływowi krwi?

**Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 2, pozycja 9,10,11,12**

Czy zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne, która zamiast filtra hydrofobowego posiada zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi oraz ręcznie domykający się korek portu bocznego?  
**Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 2, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści kaniulę dożylną 20G o wymiarach 1,1 x 32 mm bez dodatkowego portu w igle oraz ręcznie domykający się korek portu bocznego, która zamiast filtra hydrofobowego posiada zastawkę jednokierunkową zapobiegającą wypływowi krwi?

**Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 2, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści kaniulę dożylną 18G o wymiarach 1,3 x 45 mm bez dodatkowego portu w igle oraz ręcznie domykający się korek portu bocznego, która zamiast filtra hydrofobowego posiada zastawkę jednokierunkową zapobiegającą wypływowi krwi?

**Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 2, pozycja 6**

Czy zamawiający dopuści kaniulę dożylną 17G o wymiarach 1,5 x 45 mm o przepływie 125 ml/min bez dodatkowego portu w igle oraz ręcznie domykający się korek portu bocznego, która zamiast filtra hydrofobowego posiada zastawkę jednokierunkową zapobiegającą wypływowi krwi?

**Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 2, pozycja 7**

Czy zamawiający dopuści kaniulę dożylną 16G o wymiarach 1,8 x 45 mm, o przepływie 180 ml/min bez dodatkowego portu w igle oraz ręcznie domykający się korek portu bocznego, która zamiast filtra hydrofobowego posiada zastawkę jednokierunkową zapobiegającą wypływowi krwi?

**Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 16, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści marker chirurgiczny do skóry z linijką o fioletowym atramencie?

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.**

**IV.**

1. Pakiet 2. Opis dla pozycji 1-8: Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej posiadająca odpowiednio wyprofilowaną kaniulę zamiast otworu w igle umożliwiającą szybką identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, korek portu bocznego z blokadą przed niepożądanym otwarciem oraz filtr hydrofobowy, opakowanie typu papier folia w wystarczającym stopniu zapewniającą sterylność produktu.

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.**

2. Pakiet 2. Opis dla pozycji 9-12: Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpieczna posiadająca paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, z koreczkiem portu z blokadą przed niepożądanym otwarciem zamiast samozatrząskowy boczny port iniekcyjny. Wykonana z teflonu, komora kaniuli umożliwiającą szybką wizualizację krwi. Kaniula wyposażona w mechanizm zapobiegający zakłuciu podczas użytkowania.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza.**

3. Pakiet 2 poz.1 . Proszę o dopuszczenie kaniuli z wysoce termoczułego i biokompatybilnego poliuretanu zamiast teflonu.

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza.**

4. Pakiet 2 poz.3. Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 61ml/min.  
**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza.**
5. Pakiet 2 poz.6 Proszę dopuszczenie kaniuli o przepływie 128ml/min.  
**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.**
6. Pakiet 2 poz.7. Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 196ml/min.  
**Ad. 6 Zamawiający dopuszcza.**
7. Pakiet 2 poz.8. Proszę o dopuszczenie kaniuli z wysoce termoczułego i biokompatybilnego poliuretanu zamiast teflonu.  
**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.**
8. Pakiet 2 poz.8. Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 22ml.min.  
**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza.**
9. Pakiet 2 poz.10.Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 61ml/min  
**Ad. 9 Zamawiający dopuszcza.**
10. Pakiet 2 poz.13. Proszę o dopuszczenie drenów o średnicy wewn. Drenu 1,3 mm i 2,8mm i długości w zakresie 14-20cm.  
**Ad. 10 Zamawiający dopuszcza.**
11. Pakiet 2 poz.14. Proszę o dopuszczenie drenów o średnicy 1,3mm i długości w zakresie 18-  
12. 22cm.  
**Ad. 11 Zamawiający dopuszcza.**
13. Pakiet 2 poz.15. Proszę o dopuszczenie drenów o średnicy 1,3mm i długości w zakresie 12,5-  
22cm.  
**Ad. 12 Zamawiający nie dopuszcza.**

**V.**

**Pytanie 1**

Czy w pakiecie 8 Zamawiający dopuści płytkę, która jest zespolona z workiem, gdzie płytka jest zbudowana z trzech hydrokoloidów, które mają właściwości przyspieszające regeneracji skóry?

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy w pakiecie 8 Zamawiający dopuści płytkę o regulowanej średnicy w rozmiarze 20-70mm.

**Ad.2 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 4 ust. 3 wydłuży w przypadku pakietu 8 czas dostaw na cito do 48 godzin, gdyż krótszy termin może podrożyć koszty oferty?  
**Ad. 3 Zamawiający w projekcie umowy wyłącznie w zakresie pakietu nr 8 zmienia czas dostawy na cito na 48 godzin.**

## **VI.**

### **Pakiet 3, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze min. 12 g/m<sup>2</sup>, o szerokości  $\pm 53$  cm pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 3, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką w rozmiarze  $\pm 53$  cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m<sup>2</sup>. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 3, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16  $\pm 0,5$  cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 3, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone białą lamówką. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup>, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: niebieskim, jasnozielonym i fioletowym, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 90 kPa. Pakowane po 25 szt. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Ad.4 Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 3, poz. 1,2,3,4,6,7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2,3,4,6,7 z pakietu 3, co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty.

**Ad.5. Zamawiający wydziela pozycje 1,2,3,4,6,7 do oddzielnego pakietu i tworzy pakiet 3 a. Zamawiający informuje, że samodzielnie dokona odpowiednich przeliczeń.**

### **Pakiet 7, poz. 1-3**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania błon i odczynników chemicznych tego samego producenta?

**Ad.6 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.**

## VII.

### Dotyczy Pakietu 2, poz. 1 i 8

1. Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister pack. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. W rozmiarze 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min.

**Ad.1 Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy oferowana kaniula w pozycji 1, ma posiadać dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji ?

**Ad.2 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

### Dotyczy Pakietu 2, poz. 2,3,4,5,6,7.

3. Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, posiadająca min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G. Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typu blister pack, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie, sterylne, jednorazowego użytku

- Poz2/ 22G 0,9 x 25mm przepływ min. 42 ml/min ( niebieska)
- Poz3/ 20G 1,1 x 32mm przepływ min. 67 ml/min ( różowa )
- Poz4/ 18G 1,3 x 32mm przepływ min. 103 ml/min ( zielona )
- Poz5/ 18G 1,3 x 45mm przepływ min. 103 ml/min ( zielona )
- Poz6/ 17G 1,5 x 45mm przepływ min. 133 ml/min ( biały)
- Poz7/ 16G 1,8 x 45mm przepływ min. 236 ml/min ( szary)

**Ad.3 Zamawiający dopuszcza.**

### Dotyczy Pakietu 2 pozycje 9,10,11

4. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zawór zapobiegający wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniące personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Kaniula posiadająca dodatkowo otwór przy ostrzu igły zapewniający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co może zredukować liczbę prób wprowadzenia kaniuli.

Poz9/ 0,9mm - 22G( niebieski ) dł. 25 mm , przepływ min. 42 ml/min  
Poz.10/ 1,1mm - 20G( różowy ) dł. 32 mm , przepływ min. 67 ml/min  
Poz. 11/ 1,3mm - 18G( zielony ) dł. 45 mm , przepływ min. 103 ml/min

**Ad.4 Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Pakietu 2, pozycja 12**

5. Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, posiadająca min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G. Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typu blister pack, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku  
poz12/ 1,5mm - 17G( biały) dł. 45 mm , przepływ min. 133 ml/min

**Ad.5 Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.13, 14, 15**

6. Prosimy o dopuszczenie alternatywnego bezigłowego portu iniekcyjnego z przedłużaczem, o długości całkowitej 15 cm, posiadającego na każdym drenie przesuwany zacisk , dostępnych w rozmiarach Micro tj, dren ok. 1,2mm x 2,5mm oraz Standard dren ok. 3,0mm x 4,1mm, opakowanie papier-folia. W wypadku nie dopuszczenia prosimy o wydzielenie pozycji 13,14,15 z pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Ad.6 Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wydziela.**

7. Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju i utrudnienia w dostarczeniu ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy komunikacji i zgodzi się na przesłanie oferty w wyznaczonym terminie podpisanej podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną mailem lub poprzez platformę.

**Ad. 7. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający mając na względzie sytuację epidemiczną tak przesunie termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli co najmniej trzy dni na złożenie ofert w postaci papierowej. Wszystkie pozostałe dokumenty oprócz składających się na ofertę, zamawiający będzie dopuszczał do składania w postaci elektronicznej.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Ad.8 Zamawiający wyraża zgodę.**

## VIII.

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści asortyment posiadający etykiety w języku angielskim, ponadto oznaczenia fabryczne, opisy, wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i łatwo rozpoznawalnych kodów?

**Ad.1 Zamawiający dopuszcza.**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

**Ad.2. Informujemy, że szpital w Sierpcu od dawna korzysta z platformy do ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. jeżeli Państwo mają takie życzenie proszę o składanie faktur w takiej formie. Dopuszczamy również przysyłanie faktur na e-mail [sekretariat@spzzozsierpc.pl](mailto:sekretariat@spzzozsierpc.pl)**

## IX

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Ad.1 Zgodnie z SIWZ**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

**Ad.2 Zgodnie z SIWZ**

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia.**

**Ad.3 Zgodnie z SIWZ**

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości zamówienia brutto.

**Ad.4 Zgodnie z SIWZ**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.eu](http://www.spzzozsierpc.eu) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony na dzień 18 maj 2020 rok na godzinę 13<sup>00</sup>. Otwarcie ofert 13/30.

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Gajewska

