

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu stomatologicznego oraz jednorazowych artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.10.2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),. Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

I.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej "SIWZ") w następującym zakresie:

Pytania dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Ad1. Zamawiający dopuszcza.

Wzoru umowy (załącznik nr 5):

Dotyczy § 4 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania,,: iż (...),wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Ad2. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zamówienia składa w sposób jak najbardziej dogodny dla obydwu stron. Zamówienia poniżej 200 netto są wyjątkiem i praktycznie się nie zdarzają.

Dotyczy § 4 pkt 3

Ponieważ nie ma definicji prawnej sformułowania „na cito”, jak Zamawiający rozumie to określenie? Do jakich sytuacji, sformułowanie „na cito” będzie miało zastosowanie?

Ad.3 W trybie pilnym. Dotyczy nagłych przypadków. Zgodnie SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw „na cito” tj. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia. Zamówienia towaru będą składane wówczas u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00.

Dotyczy § 8

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 6 m-cy?

Ad4. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dni robocze?

Ad. 5 . Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §12

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Ad.6 Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy terminu składania ofert

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian i modyfikacji oferty.

Ad. 7. Zgodnie z informacją zawartą na końcu wyjaśnień do treści SIWZ.

II.

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 1, poz. 25-28

Czy zamawiający wydzieli poz.25-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad1. Zamawiający wydzieli pozycje od 25 do 28 włącznie i tworzy pakiet 1 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 1, ewentualnie 1 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.

Pakiet 1, poz. 25-28

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Ad 2. Zamawiający dopuszcza w pozycjach 25 i 26 natomiast nie dopuszcza w 27 i 28 (wymaga 100 ml)

III.

Pakiet 1 poz.15,16,18,19

Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych luer z kontrastującym tłem innym niż biały mleczny?

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pakiet 1 poz.15,16,18,19

Czy Zamawiający wymaga strzykawek w klasie IIa?

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pakiet 1 poz.15,16,18, 19

Czy Zamawiający może uściślić czy w pozycji 15,16, 18,19 wymaga strzykawki Luer 2 częściowej czy 3 częściowej?

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pakiet 1 poz.17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki trzyczęściowej z rozszerzoną skalą: 5-6ml.?

Ad 4. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1 poz. 20,21,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki posiadające oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności ich z pompami kwapisz duet?

Ad 6. Zgodnie z SIWZ strzykawka ma być wpisana w program pompy.

Pakiet nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk (jeśli wymaga strzykawki Luer 2 częściowej), lub 50 szt. (jeśli wymaga strzykawki Luer 3-częściowej)

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pakiet nr 1 poz. 24-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki posiadające oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności ich z pompami Ascor typ ap 22?

Ad 8. Zgodnie z SIWZ strzykawka ma być wpisana w program pompy.

Pakiet 1 poz.20,21,25,26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.27

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową?

Ad. 10 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pakiet 1 poz.27

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer|?

Ad. 11 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pakiet 1 poz.27

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Ad. 12 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

IV.

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x19 mm?

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy zamawiający w zamian za igłę 0,4x40 mm dopuści igłę w rozmiarze 0,45x22 mm?

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12 mm lub 0,45x16 mm, 0,45x22 mm?

Ad 3. Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,45x12 mm lub 0,45x16 mm. Zamawiający nie dopuszcza igłę w rozmiarze 0,45x22 mm.

Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5x16 mm lub 0,5x25 mm, 0,5x40 mm?

Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0,5x16 mm. Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,5x25 mm, lub 0,5x40 mm.

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x25 mm lub 0,6x30 mm, 0,6x40 mm?

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0,6x25 mm. Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,6x30 mm, lub 0,6x40 mm.

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy zamawiający miał na myśli igłę w rozmiarze 0,7x30 mm?

Ad.6. Tak

Pakiet nr 1, pozycja 8

Czy zamawiający miał na myśli igłę w rozmiarze 0,7x40 mm?

Ad.7. Tak

Pakiet nr 1, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x25 mm lub 0,8x40 mm?

Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0,8x25 mm. Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,8x40 mm

Pakiet nr 1, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x25 mm lub 0,9x40 mm?

Ad 9. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0,9x25 mm. Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,9x40 mm

Pakiet nr 1, pozycja 11

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,1x40 mm?

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 12

Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40 mm lub 1,2x50 mm?

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza obydwie igły.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 1 ml trzyczęściową?

Ad.12. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Ad.13 Zamawiający wydziela pozycje 14 i tworzy pakiet 1 b. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 1, 1a ewentualnie 1 b, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzeniem do 2,2 ml?

Ad.14. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 16

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzeniem do 5,5 ml?

Ad.15. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzeniem do 5,5 ml?

Ad.16. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową bez rozszerzenia?

Ad.17. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzeniem do 11 ml?

Ad.18. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 19

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzeniem do 22 ml pakowaną po 50 sztuk oraz wycenę za takie opakowanie ze stosownym przeliczeniem ilości opakowań?

Ad.19. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 20,21,22,24,25,26

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi wykonawcom złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Ad.20 Zamawiający wydziela pozycje 20,21,22,24 i tworzy pakiet 1 c. Zamawiający informuje że pozycje 25 i 26 zostały wcześniej wydzielone do Pakietu 1 a Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę

tylko na pakiet 1, 1a 1 b, ewentualnie 1 c pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.

Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą 21G i głębokości nakłucia 2,4mm w kolorze zielonym?

Ad 21. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą 0,8 mm, 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm w kolorze niebieskim?

Ad 22. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1177ml wykonany z warstw:

1. włóknina polipropylenowa (gramatura 7,02g/m²)
2. warstwa celulozowa
3. pulpa celulozowa
4. warstwa celulozowa
5. folia PE (gramatura 11,9 g/m²)?

Ad 23. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny o gramaturze 125g /m²?

Ad 24. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe 80cm x 210cm, dwuwarstwowe, wykonane z warstwy papieru i folii PE, wzmocnione 8 nitkami, o chłonności 140ml?

Ad 25. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z rozcięciem w części tylnej?

Ad 26. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert?

Ad 27. Zamawiający wydziela pozycję 7 tworzy pakiet 9 a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 9,

ewentualnie 9 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny kompresowej 60x80cm, pozostałe składowe zgodne z SIWZ?

Ad 28. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² o wymiarach:



	Wymiary	Tolerancja	Jednostka miary
A – długość denka	248	± 10	mm
B – ½ długości czepka	500	± 5	mm
C- wysokość czepka z przodu	115	± 10	mm
D – szerokość denka na dole	50	± 10	mm
E - szerokość wiązań	32	± 5	mm

Ad 29. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² o wymiarach:



	Wymiary	Tolerancja	Jednostka miary
A – długość denka	290	± 10	mm
B – ½ długości czepka	480	± 5	mm
C- wysokość czepka z przodu	205	± 10	mm
D – szerokość denka na dole	120	± 10	mm
E - szerokość wiązań	40	± 5	mm

Ad 30. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający prześcieradło w kolorze zielonym?

Ad 31. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wydziela pozycję 5 i tworzy pakiet 13a. Zamawiający informuje, że nie zmienia załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który chce złożyć ofertę tylko na pakiet 13, ewentualnie 13 a, pozycje nie wchodzące do pakietu pozostawia bez wypełnienia lub z adnotacją nie dotyczy.

Pakiet 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu beret wykonaną z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², średnica ok 47cm?

Ad 32. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koszulkę w kolorze niebieskim o gramaturze 33g/m²?

Ad 33. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koszulkę w kolorze granatowym wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², zakładaną przez głowę i wycięciem „Y”?

Ad 33. Zamawiający dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony na dzień 3 lipiec 2020 rok na godzinę 11⁰⁰. Otwarcie ofert godzina 11/30.