

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 14 stycznia 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę zasilacza opasek zaciskowych ze statywem i opaskami dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.03.2020.

W związku z przesłanymi pytaniami Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

I.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zasilacz opasek zaciskowych ze statywem i opaskami

1. (dot. lp. 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę zaciskową wielorazową na udo w kształcie walca o wymiarach 860x100mm?
Ad1. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia. Zamawiający kształt i rozmiary opasek dostosował do swych potrzeb.
2. (dot. lp. 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę zaciskową wielorazową na udo o wymiarach 860x100mm?
Ad2. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia. Zamawiający rozmiary opasek dostosował do swych potrzeb.
3. (dot. lp. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę zaciskową na ramię o wymiarach 460x100mm?
Ad3. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia. Zamawiający rozmiary opasek dostosował do swych potrzeb.
4. (dot. lp. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę zaciskową na ramię o wymiarach 610x100mm?
Ad4. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia. Zamawiający rozmiary opasek dostosował do swych potrzeb.
5. (dot. lp. 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zasilacz, który posiada zintegrowany kompresor sprężonego powietrza zasilany elektrycznie, a więc bez potrzeby doprowadzania sprężona powietrza z zewnątrz urządzenia – elektryczny, podwójny, regulowany zasilacz o ściśle kontrolowanym ciśnieniu opaski zaciskowej zakładanej na kończynę podczas operacji? Oferowany aparat pracuje na bazie własnego zintegrowanego źródła powietrza, niwelując tym samym konieczność posiadania zewnętrznego zasobnika sprężonego powietrza. Ponadto aparat posiada wbudowany akumulator pozwalający na 25h czas pracy.
Ad5. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia.
6. (dot. lp. 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zasilacz z regulowanym ciśnieniem wyjściowym 0-600mmHg?
Ad6. Zamawiający dopuszcza.
7. (dot. lp. 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zasilacz o wymiarach: 275x195mm i wadze ok. 5kg?
Ad7. Zamawiający nie dopuszcza.
8. (dot. lp. 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zasilacz na statywie przewoźnym, wyposażonym w kosz oraz haki służące do przechowywania dodatkowego wyposażenia; koła statywu z możliwością blokowania; wymiary 1050x345x385mm; ciężar 17kg?

Ad8. Zamawiający nie dopuszcza.

II.

1. Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia wynoszący 30 dni od daty podpisania umowy? (rozdział III zaproszenia oraz §1 pkt. 4, §2 pkt. 1 wzoru umowy)

Ad. 1 . Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wprowadza następującą zmianę w treści Zaproszenia i we wzorze do umowy.

Było:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 14 dni od momentu podpisania umowy.”

jest

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 30 dni od momentu podpisania umowy.

2. Dot. załącznik nr 4: Czy Zamawiający doprecyzuje, iż gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat dotyczyć będzie tylko zasilacza?

Ad.2 Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji zakupienia części zamiennych dotyczy zasilacza.

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy:

1. Czy Zamawiający w §4 ust. 2 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczny problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesylek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Ad. 3 . Zgodnie z treścią Zaproszenia. Wykonawca może, dostarczyć fakturę wraz z dostawą i protokołem odbioru. Drogą elektroniczną na wskazany e-mail w Zaproszeniu. Jak również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego fakturowania.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §4 ust.5 dotyczącego zapłaty należności za dostarczony towar i zgodzi się na określenie, że datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego?

Samo złożenie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z zapłatą w momencie, kiedy na rachunku bankowym Zamawiającego np. brak jest wystarczających środków finansowych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za datę zapłaty można uznać dzień obciążenia rachunku bankowego, a nie datę przekazania polecenia przelewu.

Ad. 4 . Zgodnie z treścią Zaproszenia.

3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:

- a. Lit c z 1% wynagrodzenia określonego w §3 na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- b. Lit d z 1% wynagrodzenia określonego w §3 na 0,2% wartości reklamowanego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Ad. 5 . Zgodnie z treścią Zaproszenia.

4. Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Ad. 6 . Zgodnie z treścią Zaproszenia.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 17.01.2020 r. o godz. 13.00.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych
lek. Karol Łukasik