

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 28 stycznia 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę aparatu do sali endoskopowej i końcówek do waporyzacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.04.2020.

W związku z przesłanymi pytaniami Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Zadanie nr 1
Dane techniczne

Pytanie nr 1 punkt 3
Czy zamawiający dopuści podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz.
Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 punkt 8
Czy zamawiający dopuści komunikacja/sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami podfoliowymi, reszta parametrów bez zmian.
Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 punkt 9

Czy zamawiający dopuści automatyczny system kontroli aplikacji elektrody neutralnej rozpoznający automatycznie podłączenie płytki dwudzielnej jednorazowej i niedzielonej jednorazowej i wielorazowej. Stałą kontrola aplikacji elektrody dwudzielnej podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej płytki dwudzielnej lub niedzielonej.
Ad. 2 punkt 9 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 punkt 11

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia do podłączania instrumentów do wtyczek monopolarnych 1-pinowych 4 mm lub 8 mm, 3-pinowymi i do wtyczek bipolarnych 2 pinowych o rozstawie 28,5 mm z adapterem do podłączenia narzędzi firmy Boston Scientific..
Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 punkt 14

Czy zamawiający dopuści aktywację funkcji cięcia, koagulacji przy użyciu jednego 2-przyciskowego włącznika nożnego z kablem o długości 4,5m.
Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza.

PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA

Pytanie nr 5 punkt 4

Czy zamawiający dopuści automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 120 W.
Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 punkt 6



Czy zamawiający wymaga aby w aparacie była w budowana oprócz dwóch koagulacji monopolarnych w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych, była zainstalowana funkcja koagulacji natryskowej (spray) niezbędna do uruchomienia procedury koagulacji argonowej o mocy max 120 W.

Ad. 6 Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 7 punkt 6

Czy zamawiający wymaga aby w aparacie była w budowana oprócz dwóch koagulacji monopolarnych w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych, funkcja koagulacji miękkiej (soft) niezbędna do uruchomienia narzędzi monopolarnych (kleszczyków) do tamowania krwawień o mocy max 120 W.

Ad. 7 Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 8 punkt punkt 10

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym z powodu rozbudowanego systemu procedur endoskopowych w budowanych w aparat elektrochirurgiczny

- polipektomii
- papilptomii
- mukozektomii EMR
- EPCW
- ESD
- POEM

- koagulacja argonowa (przy zakupie systemu argonowego) do koagulacji jelita grubego, przelyku oraz żołądka, bez automatycznego rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu, system ten zastępuje wbudowane programy w aparacie .

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako:

Aparat elektrochirurgiczny przeznaczony do zabiegów endoskopowych z modulem argonowym, rok prod. 2020

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym sterownie argonem odbywa się po przez osobny moduł/przystawkę argonową uruchamianą z wbudowanego modułu w diatermii (Argon/GastroCut), którą instaluje się razem z całym osprzętem (butla argonowa 5l. , reduktor argonowy , wózek plus akcesoria argonowe - uchwyt plus sondy argonowe).

Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza.

Wyposażenie

Pytanie nr 10 punkt 1

Czy zamawiający dopuści włącznik nożny dwuprzyciskowy z kablem o długości 4,5 m do aktywacji pracy mono o bipolarniej.

Ad. 10 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 punkt 2

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100szt. reszta parametrów bez zmian.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 punkt 3

Czy zamawiający dopuści przewód o długości 4,5m, reszta parametrów bez zmian.

Ad. 12 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 punkt 4

See

Czy zamawiający dopuści przewód wielorazowego użytku o długości 4,5m , który nie jest kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do podłączenia wszystkich narzędzi endoskopowych - reszta parametrów bez zmian.

Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu.
Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert ulega zmianie i upływu w dniu: 31.01.2020 r. o godz. 11.00.


Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Robert Makówka