

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 06 kwietnia 2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.09.2020.

Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

I.

Pakiet 1.

1. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od zapisu w rozdziale II punkt 7 ust. B Zaproszenia, tj. wymogu posiadania certyfikatu i autoryzacji producenta urządzeń? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad.1 . Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu sprzęty z poz. 9, 10, 11, 12. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 4.

1. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu sprzęty z poz. 1, 2, 22, 23, 26, 49, 55-65, 69, 70, 87-108. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 8.

1. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu sprzęty z poz. 2, 5. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 12.

1. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu sprzęty z poz. 13-16. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 13

1. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu sprzęty z poz. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 25, 26, 28, 31, 33, 34. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody.

II.

W nawiązaniu do przetargu SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: **DZP.382.ZO.09.2020** czy Zamawiający wymaga w zakresie pakietu nr 4 gdy będzie konieczność przeprowadzenia okresowej legalizacji wag dostarczenia świadectwa legalizacji wydanego przez Okręgowy Urząd Miar?

Ad. 1. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w trybie przetargu a w trybie Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Zamawiający potwierdza, że w zakresie Pakietu nr 4 będzie wymagał świadectwa legalizacji wydanego przez Okręgowy Urząd Miar gdy będzie taka konieczność.

III.

Pakiet 5

1. Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu echokardiografów i aparatów USG firmy General Electric a w pakiecie 5 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatów USG (VOLUSON 730 PRO, LOGIQ C5) w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?

Ad.1 . Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy SIWZ II p. 6h, umowa § 1 ust. 6h: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu naprawy urządzeń przez autoryzowane serwisy? Zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych, nie ma obowiązku wykonywania napraw przez autoryzowany serwis. Na rynku krajowym istnieją firmy zatrudniające inżynierów przeszkolonych przez producenta, posiadających certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń serwisowych, mających wieloletnie doświadczenie w naprawach tego typu urządzeń. Usługi

świadczone przez te firmy są wykonywane na podobnym poziomie jakościowym jak autoryzowanych serwisów, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych referencjach pochodzących od placówek służby zdrowia także renomowanych ośrodków medycznych, a cena jest na ogół konkurencyjnie niższa.

Ad.2 . Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

IV.

Pakiet 1.

1. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu sprzęty z poz. 16. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad.1 . Zamawiający nie wyraża zgody.

V.

1. 1 Pytanie 1 : pakiet nr 5 pozycja 1. Philips Practix 33 oraz 2. Planmeca

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu aparatu RTG jezdnego Practix 33 oraz RTG stomatologicznego Planmeca i tym samym dopuszczenie składania ofert częściowych.

Wskazujemy, iż przedmiot zamówienia nie jest niepodzielny, obejmuje kilka urządzeń różnych producentów o różnej specyfice działania, a tym samym nie ma powodu dla którego przeglądy techniczne ww. urządzeń musiały być wykonywane przez jeden podmiot. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia działają niezależnie, a zatem ich serwis może być wykonywany przez kilka niezależnych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp:

„1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Wyodrębnienie elementów przedmiotu zamówienia do osobnej części/pakietów zwiększy konkurencyjność umożliwiając złożenie oferty małym i średnim przedsiębiorstwom, a tym samym obniży koszty dla Zamawiającego.

Ad. 1. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w trybie przetargu a w trybie Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu.

VI.

W rozdziale VII. Pkt.1.8 żądane jest w zakresie Pakietów nr 2-3 oraz Pakietów nr 5-20 posiadanie certyfikowanych mierników funkcji życiowych oraz bezpieczeństwa elektrycznego.

Zapytujemy, czy dla pakietów :2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 konieczne jest posiadanie miernika funkcji życiowych.

Miernikiem funkcji życiowych wykonuje się pomiary parametrów podanych w pakiecie nr 7(kardiomonitor ,EKG)to dlaczego żądacie posiadania miernika dla pozostałych pakietów .

Prosimy o ustosunkowanie się do naszego zapytania.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.eu w miejscu udostępnienia zapytania ofertowego dot. przedmiotowego zamówienia. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 9 kwietnia 2020 rok na godzinę 11:00.