

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.01.2015.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści zestaw do tracheotomii z regulowaną podażą tlenu (koncentracja tlenu od 24% do 50% przy prędkości przepływu od 4 do 10 l/min) za pomocą kolorystycznie oznakowanych 6 zwęzek Venturiego?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do tracheotomii o wyżej opisanych parametrach.

2. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 15 poz. 74 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 15 poz. 74? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 29 poz. nr 2 i utworzy z niej osobny pakiet?

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. dotyczy pakiet 20 poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści pętlę druciana fi 10 do zabiegów ginekologicznych, długości całkowitej 160 mm, o długości roboczej 132 mm, o grubości drutu (końcówka robocza) fi 0,35 mm, do gniazda w rękojeści fi 4mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C, 20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 ?

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.

6. dotyczy pakiet 20 poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę ginekologiczną, o średnicy końcówki roboczej 20 mm, o głębokości końcówki roboczej 20 mm, o długości całkowitej 168 mm, o długości roboczej 140 mm, o grubości drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C. 20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006?

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.

7. dotyczy pakiet 20 poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści pętlę ginekologiczną, o średnicy końcówki roboczej 15 mm, o głębokości końcówki roboczej 15 mm, o długości całkowitej 163 mm, o długości roboczej 135 mm, o grubości drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C 20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 ?

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza.

8. dotyczy pakiet 20 poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę ginekologiczną o średnicy końcówki roboczej 10 mm, o głębokości końcówki roboczej 10 mm, o długości całkowitej 135 mm, o długości roboczej 110 mm, o grubości drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 ?

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza.

9. dotyczy pakiet 20 poz. nr 9. Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody silikonowej o długości min. 4,0 m ?

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

10. dotyczy pakiet 20 poz. nr 10. Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4,0 m z dwoma przyciskami osobno do cięcia i koagulacji, gniazdo do mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem, głębokość gniazda 19-22 mm, średnica gniazda do mocowania narzędzia 2,4 lub 4 mm ?

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza.

11. dotyczy pakiet 20 poz. nr 11. Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożną o dł. 54 mm i średnicy trzonka 4 mm, o szer. Ostrza 3,0 mm, o grubości ostrza 0,6-0,8 mm, o dł. ostrza 25 mm ?

Ad. 11. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy "na CITO" z 48 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np. gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw" siły wyższe" wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Ad. 12. Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust5 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [.....]"z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi. "

Ad. 13. Zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7 ust. 2 wzoru umowy na zapis:

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy.

Ad. 14. Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy § 12. ust. 4. Wnosimy o modyfikację § na zapis:

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

- W przypadku powtarzającego się kolejnego, 2-krotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką (...).

Ad. 15. Zgodnie z SIWZ.

16. Pakiet 14 Poz. 1 – 4 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za elektrody za opakowanie z właściwym przeliczeniem ilości.

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za elektrody za opakowanie z właściwym przeliczeniem ilości.

17. Pakiet 14 Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczną w kształcie kwiatka o średnicy ok. 29 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 17. Zamawiający dopuszcza elektrodę pediatryczną w kształcie kwiatka o średnicy ok. 29 mm. pozostałe parametry bez zmian.

18. Pakiet 14 Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rozmiarze 107 mmx.23 m z powodzeniem stosowany w powyższych urządzeniach.

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza papier do defibrylatora Lifepak 12 w rozmiarze 107 mmx.23 m.

19. Pakiet 14 Poz. 17. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 17 papieru kompatybilnego, pakowanego a'1 rolka. Zgodnie z dyspozycją art 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek umożliwić składanie ofert równoważnych, wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia odwołuje się do konkretnego produktu.

Ad. 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowania w pozycji 17 papieru kompatybilnego.

20. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Ad. 20. Zgodnie z SIWZ.

21. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyicznymi.

Ad. 21. Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy SIWZ. Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymagań?

Ad. 22. Zgodnie z SIWZ.

23. Dotyczy zad. 1 poz. 8,9. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania Igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótko ścięte oraz długościęte? Igły krótko ścięte przeznaczone są do aspiracji leku z fiołki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte

przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Ad. 23. Zgodnie z SIWZ.

24. Dotyczy zad. 1 poz. 8,9. Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Ad. 24. Zgodnie z SIWZ.

25. Dotyczy zad. 1 poz. 1-9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania).

Ad. 25. Zgodnie z SIWZ.

26. Dotyczy zad. 1 poz. 13. Czy zamawiający dopuści igłę 16Gx30mm?

Ad. 26. Zgodnie z SIWZ.

27. Dotyczy zad. 1 poz. 26. Zamawiający wymaga strzykawki z jednym czy dwoma łącznikami luer?

Ad. 27. Zamawiający wymaga strzykawki z jednym łącznikiem luer.

28. Dotyczy zad. 1 poz. 14-17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a 100szt z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

Ad. 28. Tak, zgodnie z informacją zawartą bezpośrednio pod tabelą asortymentową.

29. Dotyczy zad. 4 poz. 1-9. Czy Zamawiający dopuści kaniule bez dodatkowego otworu w igłę?

Ad. 29. Zamawiający nie dopuszcza.

30. Dotyczy zad. 4 poz. 1-9. Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną?

Ad. 30. Zamawiający nie dopuszcza.

31. Dotyczy zad. 4 poz. 1-9. Czy Zamawiający dopuści kaniule:

- 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min
- 16G 1,7x45 mm przepływ 200ml/min
- 17G 1,5 x45 mm przepływ 142ml/min
- 18G 1,3x45 mm przepływ 95ml/min
- 20G 1,1x32 mm przepływ 65ml/min
- 22G 0,9x25 mm przepływ 36ml/min
- 24G 0,7x19 mm przepływ 23ml/min

Ad. 31. Zgodnie z SIWZ.

32. Dotyczy zad. 6 poz. 1,2. Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta co umożliwi identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?

Ad. 32. Nie. Zgodnie z SIWZ.

33. Dotyczy zad. 6 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości 180 cm?

Ad. 33. Zamawiający dopuszcza przyrząd z drenem o długości 180 cm.

34. Dotyczy zad. 9 poz. 48. Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 15?

Ad. 34. Zamawiający nie dopuszcza.

35. Dotyczy zad. 9 poz. 47,48. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców a zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Ad. 35. Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dotyczy zad. 12 poz. 1-8. Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr ostrza?

Ad. 36. Nie. Zgodnie z SIWZ.

37. Dotyczy zad. 15 poz. 5. Zamawiający wymaga kieliszka szklanego czy plastikowego?

Ad. 37. Zgodnie z SIWZ.

38. Dotyczy zad. 15 poz. 11. Zamawiający wymaga osłonek pudrowanych czy nawilżanych?

Ad. 38. Zgodnie z SIWZ.

39. Dotyczy zad. 15 poz. 52, 70, 71, 73, 75, 76. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Ad. 39. Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Dotyczy zad. 15 poz. 63,64. Czy Zamawiający dopuści łączniki uniwersalne?

Ad. 40. Zamawiający nie dopuszcza.

41. Dotyczy zad. 15 poz. 71. Czy Zamawiający dopuści worki bez zastawki?

Ad. 41. Zamawiający nie dopuszcza.

42. Dotyczy zad. 15 poz. 78. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 18x24?

Ad. 42. Zamawiający dopuszcza koperty w rozmiarze 18x24.

43. Dotyczy zad. 15 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 35x43?

Ad. 43. Zamawiający dopuszcza koperty w rozmiarze 35x43.

44. Dotyczy zad. 15 poz. 80. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 24x30?

Ad. 44. Zamawiający dopuszcza koperty w rozmiarze 24x30.

45. Dotyczy zad. 15 poz. 81. Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 6x9?
Ad. 45. Zamawiający nie dopuszcza.
46. Pakiet 1 poz.15. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 5,6ml?
Ad. 46. Zamawiający dopuszcza.
47. Pakiet 1 poz.17. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 23ml?
Ad. 47. Zamawiający dopuszcza.
48. Pakiet 2 poz.6. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120mm?
Ad. 48. Zamawiający nie dopuszcza.
49. Pakiet 2 poz.7. Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania płynu z butelek z filtrem p/bakteryjnym 1,2um lub 0,1um?
Ad. 49. Zamawiający nie dopuszcza.
50. Pakiet 2 poz.7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła posiadała zastawkę?
Ad. 50. Zamawiający nie dopuszcza.
51. Pakiet 4 poz.9. Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 14G 2,1x45mm?
Ad. 51. Zamawiający dopuszcza.
52. Pakiet 4 poz.10. Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o przepływie 17ml/min.?
Ad. 52. Zamawiający dopuszcza.
53. Pakiet 4 poz.16. Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o przepływie 142ml/min.?
Ad. 53. Zamawiający dopuszcza.
54. Pakiet 6 poz.1-2. Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń bez zawartości DEHP ale z zawartością PCV?
Ad. 54. Zamawiający nie dopuszcza.
55. Pakiet 6 poz. 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby brak ftalanów był potwierdzony kartą charakterystyki produktu chemicznego?
Ad. 55. Zamawiający nie dopuszcza.
56. Pakiet 6 poz.7. Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd ze specjalnym pływakiem wew. komory kroplowej odcinający dopływ płynu i tym, samym zapobiegający przed zatorem powietrznym?
Ad. 56. Zgodnie z SIWZ.
57. Pakiet 9 poz.19-20. Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 50cm?
Ad. 57. Zamawiający nie dopuszcza.
58. Pakiet 9 poz. 26-27. Czy Zamawiający wymaga aby cewnik Foley'a posiadał zatyczkę wewnętrzną?
Ad. 58. Zgodnie z SIWZ.
59. Pakiet 9 poz.47-48. Czy Zamawiający oczekuje aby dren Khera posiadał perforowane ramiona?
Ad. 59. Zgodnie z SIWZ.
60. Pakiet 13 poz.6. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z wstawką antypotną w części czołowej?
Ad. 60. Zamawiający dopuszcza.
61. Pakiet 13 poz.7. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z wstawką antypotną w części czołowej wiązany na troki?
Ad. 61. Zamawiający dopuszcza.
62. Pakiet 13 poz.7. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny bez gumki i bez troków z dwóch warstw włókniny w części bocznej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej?
Ad. 62. Zamawiający dopuszcza.
63. Pakiet 13 poz.12. Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
Ad. 63. Zamawiający nie dopuszcza.
64. Pakiet 15 poz.4. Czy Zamawiający dopuści kieliszki do lekarstw w opakowaniu a'75szt. z przeliczeniem ilości?
Ad. 64. Zamawiający dopuszcza.
65. Pakiet 15 poz.6. Czy Zamawiający dopuści łopatkę drewnianą w opakowaniu a'100szt. z przeliczeniem ilości?
Ad. 65. Zamawiający dopuszcza.
66. Pakiet 15 poz.27-28. Czy Zamawiający oczekuje sondy Sengstakena wykonanej z 100% silikonu?
Ad. 66. Zgodnie z SIWZ.
67. Pakiet 15 poz.28. Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarze CH20?
Ad. 67. Zamawiający nie dopuszcza.
68. Pakiet 15 poz.37-38. Czy Zamawiający oczekuje zestawu do lewatywy z cewnikiem z minimum 2 otworami bocznymi?
Ad. 68. Zgodnie z SIWZ.
69. Pakiet 15 poz. 52. Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml z zastawką antyrefluksyjną, filtrem hydrofobowym spełniający pozostałe parametry SIWZ?
Ad. 69. Zamawiający nie dopuszcza.

70. Pakiet 15 poz.73. Czy Zamawiający dopuści pas elastyczny do aparatu KTG o długości 150cm i szerokości 7,5cm?

Ad. 70. Zamawiający nie dopuszcza.

71. Pakiet 15 poz. 75. Czy Zamawiający dopuści matę dekontaminacyjną zawierającą powłokę bakteriostatyczną?

Ad. 71. Zgodnie z SIWZ.

72. Pakiet 15 poz.78. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 18x25?

Ad. 72. Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet 15 poz.79. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 35x43?

Ad. 73. Zamawiający dopuszcza.

74. Pakiet 15 poz.80. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 24x30?

Ad. 74. Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet 15 poz. 81. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 6x9?

Ad. 75. Zamawiający nie dopuszcza.

76. Pakiet 28 poz.2-4. Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z nich osobny pakiet?

Ad. 76. Zgodnie z SIWZ.

77. Pakiet 30 poz.4. Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet?

Ad. 77. Zgodnie z SIWZ.

78. Czy w § 5 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Ad. 78. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

79. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Ad. 79. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

80. Czy w celu miarkowania kar umownych. Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust, 1,2

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia brutto.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 80. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

81. Pakiet 15.poz. 75. Prosimy o wydzielenie pozycji 75 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Ad. 81. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

82. Pakiet 23. Poz. 3. Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Ad. 82. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

83. Dotyczy Pakiet 13 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza, niejałowy z gumką na całym obwodzie, typu „Beret”?

Ad. 83. Zamawiający nie dopuszcza.

84. Dotyczy Pakiet 13 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej, góra wykonana z włókniny perforowanej, niejałowy zakończony gumką z tyłu?

Ad. 84. Zamawiający nie dopuszcza.

85. Dotyczy Pakiet 13 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza, niejałowy z trokami, typu „Furażerka”?

Ad. 85. Zamawiający nie dopuszcza.

86. Dotyczy Pakiet 13 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej, góra wykonana z włókniny perforowanej, niejałowy z trokami, typu „furażerka”?

Ad. 86. Zamawiający nie dopuszcza.

87. Dotyczy Pakiet 13 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot przyszywaną do czepka z przodu na czoło o długości około 14,5cm, czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem, brak ściągacza na czole?

Ad. 87. Zgodnie z SIWZ.

88. Dotyczy Pakiet 13 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot przyszywaną do czepka z przodu na czoło o długości około 14,5cm, wiązany na troki?

Ad. 88. Zamawiający nie dopuszcza.

89. Dotyczy Pakiet 13 poz. 8. Czy Zamawiający ma na myśli ochraniacze na buty włókninowe czy foliowe?

Ad. 89. Zgodnie z SIWZ.

90. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG w rozmiarze 32x41mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 90. Zamawiający nie dopuszcza.

91. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o średnicy 26mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 91. Zamawiający nie dopuszcza.

92. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl z żelem półpłynnym, w rozmiarze 35x55mm?

Ad. 92. Zamawiający nie dopuszcza.

93. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG do badań wysiłkowych o średnicy 60mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 93. Zamawiający nie dopuszcza.

94. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 10. Czy Zamawiający ma na myśli czujniki jednorazowe SpO2 z klejem czy czujniki jednorazowe SpO2 mocowane na rzep?

Ad. 94. Zgodnie z SIWZ.

95. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 17, 20. Czy Zamawiający wymaga aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów?

Ad. 95. Zgodnie z SIWZ.

96. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152mmx90mmx150kartek?

Ad. 96. Zamawiający dopuszcza.

97. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 20. Prosimy zamawiającego o podanie typu Sony:

- 110S
- 110HD
- 110HG
- 110HA

Ad. 97. Zgodnie z SIWZ.

98. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 21. Czy papier do EGK ma posiadać znaczniki?

Ad. 98. Zgodnie z SIWZ.

99. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 21. Prosimy o określenie średnicy wewnętrznej gilzy?

Ad. 99. Zgodnie z SIWZ.

100. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 40 opakowań a'75 sztuk?

Ad. 100. Zamawiający dopuszcza.

101. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 27 opakowań a'100 sztuk?

Ad. 101. Zamawiający dopuszcza.

102. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 78. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 18x24?

Ad. 102. Zamawiający dopuszcza.

103. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 35x43?

Ad. 103. Zamawiający dopuszcza.

104. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 80. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 24x30?

Ad. 104. Zamawiający dopuszcza.

105. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 81. Czy Zamawiający dopuści kopertę do klisz RTG w rozmiarze 6x9?

Ad. 105. Zamawiający dopuszcza.

106. Pakiet 1 poz. 13. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?

Ad. 106. Zgodnie z SIWZ.

107. Pakiet 1 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawkę j.u. - 10 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad. 107. Zamawiający nie dopuszcza.

108. Pakiet 6 poz. 3. Prosimy o odstąpienie: informacji o braku ftalanów w karcie charakterystyki. Pozwoli to na zaoferowanie Większej liczbie wykonawców ofert.

Ad. 108. Zgodnie z SIWZ.

109. Pakiet 6 poz. 7. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu? Pozwoli to na zaoferowanie większej liczbie wykonawców ofert.

Ad. 109. Zgodnie z SIWZ.

110. Pakiet 4 poz. 1-9. Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach Kaniula dożylna bez dodatkowego otworu w igle umożliwiającą szybką identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy, opakowanie typu tyvec.

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,10 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	125 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 32 1,2 x 45	80 ml/min
Różowy	20 G	1,0x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	22 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Ad. 110. Zamawiający nie dopuszcza.

111. Pakiet 4 poz. 10-16. Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach Kaniula dożylna bezpieczna posiadająca paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, samozatrząskowy boczny port iniekcyjny. Wykonana z poliuretan, komora kaniuli umożliwiającą szybką wizualizację krwi. Kaniula wyposażona w mechanizm zapobiegający zakłuciu podczas użytkowania.

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,0x45	290 ml/min
Szary	16G	1,75 x 45	225 ml/min
Biały	17 G	1,5 x45	155 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 32	96 ml/min 103 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	59 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	42 ml/min
Żółty	24 G	0,74 X 19	29 ml/min

Ad. 111. Zamawiający nie dopuszcza.

112. Pakiet 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych (Poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Ad. 112. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

113. Pakiet 17. Czy Zamawiający wymaga aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych - wyklucza to ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.

Ad. 113. Zgodnie z SIWZ.

114. Pakiet 17. Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych o minimalnych parametrach: wytrzymałość na rozciąganie na sucho CO-3,8 KN/m, MD-7,2 KN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD-1,3 KN/m, MD-2,4 KN/m; wytrzymałość na przepuklenia 400 kPa, wytrzymałość na przepuklenia na mokro 150Kpa, wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN?

Ad. 114. Zgodnie z SIWZ.

115. Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do złożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP). W szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Ad. 115. Zgodnie z SIWZ.

116. Pakiet 1 poz. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły dedykowanej do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym z tępym ostrzem ściętym pod kątem 45° j.u. 18Gx40 mm, op. 100 szt.

Ad. 116. Zamawiający nie dopuszcza.

117. Pakiet 1 poz. 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej do nakłuć mostka j.u. w rozmiarze 16Gx28 mm

Ad. 117. Zamawiający nie dopuszcza.

118. Pakiet 1 poz. 14-17. Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Ad. 118. Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

119. Pakiet 1 poz. 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson ze skalą nominalną, której długość odpowiada rzeczywistej pojemności strzykawki 2ml=2ml, z dobrze czytelną, czarną nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Ad. 119. Zamawiający dopuszcza.

120. Pakiet 1 poz. 15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson ze skalą nominalną, której długość odpowiada rzeczywistej pojemności strzykawki 5ml=5ml, z dobrze czytelną, czarną nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Ad. 120. Zamawiający dopuszcza.

121. Pakiet 1 poz. 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson ze skalą nominalną, której długość odpowiada rzeczywistej pojemności strzykawki 10ml=10ml, z dobrze czytelną, czarną nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Ad. 121. Zamawiający dopuszcza.

122. Pakiet 1 poz. 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson ze skalą nominalną, której długość odpowiada rzeczywistej pojemności strzykawki 20ml=20ml, z dobrze czytelną, czarną nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Ad. 122. Zamawiający dopuszcza.

123. Pakiet 2 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu w/w pozycji oraz dopuszczenie igły do pobierania płynu z butelki, filtr p/bakteryjny 0,2µm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Ad. 123. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie i nie dopuszcza igły do pobierania płynu z butelki z filtrem p/bakteryjny 0,2µm.

124. Pakiet 12. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ostrza mają być pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta. Na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta?

Ad. 124. Zgodnie z SIWZ.

125. Pakiet 13, poz. 6-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z taśmą pochłaniającą pot w części czołowej, pozostała część czepka wykonana jest z włókniny polipropylenowej?

Ad. 125. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

126. Pakiet 17, poz. 1-10: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Proponowana wyżej modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie narażając realizacji przez Zamawiającego celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. Zwiększy zatem konkurencyjność przetargu, a tym samym możliwość wyboru oferty optymalnej dla Zamawiającego. Będzie więc zgodna z zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, narażając postępowanie na zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji.

Ad. 126. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

127. Pakiet 17, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa 380 mm?

Ad. 127. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa 380 mm.

128. Pakiet 17, poz. 10: Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie papieru 1000 x 1000 mm?

Ad. 128. Tak. Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru 1000 x 1000 mm.

129. Pakiet 27, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

serweta z przylepcem w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 150 kPa	1	240x150
serweta z przylepcem w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 150 kPa	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 150 kPa	2	90x75
taśma medyczna przylepna	1	50x9
serweta na stół instrumentariuszki wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej o szerokości 66 cm, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety min. 82 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy \geq 100 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho \geq 40 kPa	1	190x150
serweta na stolik Mayo w kolorze niebieskim serweta w kształcie worka, wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety	1	145x80
ręczniki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2	40x20

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta.

Ad. 129. Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Pakiet 27, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

serweta z otworem prostokątnym 20x10 cm i folią chirurgiczną w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 108 kPa	1	300x240
serweta na stół instrumentariuszki wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej o szerokości 66 cm, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety min. 82 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy \geq 100 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho \geq 40 kPa	1	190x150
serweta na stolik Mayo w kolorze niebieskim serweta w kształcie worka, wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety	1	145x80
ręczniki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4	40x20

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta.

Ad. 130. Zamawiający nie wyraża zgody.

131. Pakiet 27, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

serweta z otworem 35x32 cm z workiem i folią chirurgiczną w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 150 kPa	1	320x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1	90x60
serweta na stół instrumentariuszki wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej o szerokości 66 cm, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.	1	190x150

Gramatura serwety min. 82 g/m ² , odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho ≥ 40 kPa		
serweta na stolik Mayo w kolorze niebieskim serweta w kształcie worka, wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety	1	145x80
ręczniki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2	40x20

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta.

Ad. 131. Zamawiający nie wyraża zgody.

132. Pakiet 27, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w całości wykonanej z trójwarstwowej włókniny foliowanej o gramaturze min. 73 g/m² w rozm. 90x75 cm? Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta.

Ad. 132. Zamawiający wyraża zgodę.

133. Pakiet 27, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozm. 13x244 cm, z jedną taśmą mocującą 1,5 x 25 cm na końcu osłony, reszta zgodna z SIWZ? Osłona zapakowana w torebkę-papierowo foliową, nie posiadającą naklejek typu TAG.

Ad. 133. Zamawiający nie wyraża zgody.

134. Pakiet 27, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w całości wykonanej z włókniny dwuwarstwowej foliowanej o gramaturze min. 56 g/m², wymiary i otwór zgodne z SIWZ? Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta.

Ad. 134. Zamawiający wyraża zgodę.

135. Pakiet 27, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, w kolorze niebieskim, w rozmiarze 145x80 cm?

Ad. 135. Zamawiający wyraża zgodę.

136. Pakiet 27, poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników w rozmiarze 30x30 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Ad. 136. Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Pakiet 27, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobariery, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Ad. 137. Zamawiający wyraża zgodę.

138. Pakiet 27, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m², zapewnia całkowitą nieprzemakalność, rękaw zakończony elastycznym mankietem z niepyłającej dzianiny poliestrowej, tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki, odporny na przenikanie płynów i mikroorganizmów, opakowanie typu papier-folia, z dwoma ręcznikami?

Ad. 138. Zamawiający wyraża zgodę.

139. Pakiet 27, poz. 9: Czy Zamawiający może doprecyzować jakich rozmiarów fartuchów oczekuje?

Ad. 139. Rozmiary w zakresie L- XL. Do wyboru przez Zamawiającego.

140. Pakiet 27, poz. 10-11: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i czy na pewno ma na myśli zaoferowanie kompletów zapakowanych w opakowanie typu Tyvec z dwoma naklejkami typu TAG? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Ad. 140. Zamawiający odstępuje od tego wymogu w poz. 10,11.

141. Pakiet 27, poz. 13-15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z folii poliuretanowej, zabezpieczonej papierem silikonowym, z fingerliftami 35 mm z obu stron, niecytotoksyczne, nie podrażniające skóry i nie wywołujące reakcji alergicznych?

Ad. 141. Zamawiający wyraża zgodę.

142. Pakiet 27, poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozm. 55x45 cm, z powierzchnią lepną 55x45 cm?

Ad. 142. Zamawiający wyraża zgodę.

143. Pakiet 27, poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozm. 28x45 cm, z powierzchnią lepną 28x45 cm?

Ad. 143. Zamawiający wyraża zgodę.

144. Pakiet 27, poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozm. 28x30 cm, z powierzchnią lepną 28x30 cm?

Ad. 144. Zamawiający wyraża zgodę.

145. Pakiet 27, poz. 1, 9-12: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie ofert konkurencyjnych cenowo. Proponowana wyżej modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie narażając realizacji przez Zamawiającego celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. Zwiększy zatem konkurencyjność przetargu, a tym samym możliwość wyboru oferty optymalnej dla Zamawiającego. Będzie więc zgodna z zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, wskazując na jednego Wykonawcę, narażając postępowanie na zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji.

Ad. 145. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

146. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości całej umowy?

Ad. 146. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

147. Czy Zamawiający za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni, przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy?

Ad. 147. Zamawiający za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni, przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.

148. Czy Zamawiający potwierdza, że czas na załatwienie reklamacji to 7 dni roboczych, przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 148. Zamawiający potwierdza, że czas na załatwienie reklamacji to 7 dni roboczych, przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

149. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od sprawdzania w chwili odbioru towaru, dostawy pod względem jakościowym, Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji ilościowych i jakościowych, w związku z czym konieczność sprawdzania w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Ad. 149. Zgodnie z SIWZ.

150. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny określone w załączniku nr 1 także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Ad. 150. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

151. Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 10 wzoru umowy możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Ad. 151. Zgodnie z SIWZ.

152. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Sprzedawcy.”

Ad. 152. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

153. Prosimy o określenie terminu dostaw „na cito” (par. 4 ust. 3) na 2 dni robocze od złożenia zamówienia.

Ad. 153. Zgodnie z SIWZ.

154. Prosimy o doprecyzowanie §8 Wzoru umowy i jego modyfikacji Według poniższego wzoru: „Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu przedmiot zamówienia z aktualnymi ważnymi atestami (dostarczenie atestów wraz z pierwszą dostawą), w opakowaniach, z czytelnymi nazwami, nazwą producenta -dostawcy, określonymi terminami ważności do użycia.”

Ad. 154. Zgodnie z SIWZ.

155. Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 wzoru umowy na następujący: „Strony ustalają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie w jakiegokolwiek formie, w tym

również przy zastosowaniu instytucji poręczenia określonej w przepisach art. 876-887 kodeksu cywilnego.

Nieuiszczenie przez Kupującego zapłaty W terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Sprzedawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Kupującego zgody na cesję wierzytelności. "

Ad. 155. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

156. Prosimy o modyfikację §12 ust. 4 wzoru umowy na: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

- w przypadku powtarzającego się dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką;
- jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu. Wykonawcy przysługuje prawo odmowy dostarczenia towaru w przypadku gdy Zamawiający zalega z płatnościami ponad termin wyznaczony w umowie.

Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu."

Ad. 156. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

157. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §7 ust. 2 umowy na: „W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy z jego winy zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. ".

Ad. 157. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

158. Dotyczy Załącznika 4 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zrn.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.

Ad. 158. Zamawiający odstępuje od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

159. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 13 poz. 12 majątek do kolonoskopii z otworem w rozmiarze uniwersalnym.

Ad. 159. Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Informujemy, że w związku z odpowiedziami na zadane pytania i modyfikacją SIWZ przesuwamy termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.02.2015 r. - godziny pozostają bez zmian.

Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: **12.02.2015 r., do godz. 11:00.**

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

3. Oznakowanie oferty następujące: „Oferta – przetarg nieograniczony – Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.01.2015 – nie otwierać przed 12 - 02 - 2015 r. godz. 11:30.”
Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
- Oferty zostaną otwarte dnia: **12. 02. 2015 r. o godz. 11:30**,
w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc
Pokój zamówień publicznych”.


DIREKTOR
Dorota Kowalkowska