

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.03.2015.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

1. Pakiet nr 3 poz. 1 i 2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci proszku bardziej ekonomicznego gdyż, nie wymaga stosowania aktywatora, posiadającego zamiast uznaniowych opinii firmy Olympus i IMiD gwarantuje bezpieczeństwo stosowania wystawioną przez producenta preparatu.

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza preparaty w proszku, w opakowaniach do 2l spełniające wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.**

2. Pakiet nr 3 poz. 6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu spełniającego wszystkie wymogi SIWZ posiadającego zamiast uznaniowej opinii firmy Olympus gwarantuje bezpieczeństwa stosowania wystawioną przez producenta preparatu.

**Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia. 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ?

**Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.**

4. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych?

**Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

**Ad.5. Zgodnie z SIWZ.**

6. W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony, magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" ?

**Ad.6. Zgodnie z SIWZ.**

7. Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Ad.7. Zgodnie z SIWZ.**

8. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Ad.8. Zgodnie z SIWZ.**

9. DOTYCZY PAKIETU 3 POZ. 3-4. Czy zamawiający może wydzielić z pak.3 poz.3-4 w celu umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu większej ilości oferentom?

**Ad.9. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

10. DOTYCZY PAKIETU 4 POZ. 8-9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, spektrum działania: B-1min., Tbc (M.tuberculosis, M.terrae)-1min., MRSA-1min., F-1min., V (HIV-1 min., HBV-1min., HCV-30sek., HSV-30sek., Noro-1 min., Vaccinia-30sek., Rota-30sek., Papova SV40-15min., Polio-30min.

**Ad.10. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. DOTYCZY PAKIETU 4 POZ. 8-9. Czy Zamawiający może wydzielić z pak. 4 poz.8-9 w celu umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu większej ilości oferentom?

**Ad.11. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 3 Manualna dezynfekcja narzędzi, sprzętu endoskopowego i narzędzi stomatologicznych poz. 8 „Wanna o poj. 30L do dezynfekcji narzędzi” poprzez uzupełnienie ilości sztuk. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 3 w załączeniu.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.pl](http://www.spzzozsierpc.pl) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 31.03.2015 r. o godz. 11.00.**

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ pkt Rozdział VII pkt 3 Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy otrzymali niniejsze pismo w formie faksu, do potwierdzenia jego otrzymania.**

DYREKTOR  
Dorota Kowalkowska