

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rehabilitacyjnych łóżek elektrycznych dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2014.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 850 mm?

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL?

**Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?

**Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami - w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

**Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z siatką w leżu odejmowaną?

**Ad. 8. Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający wymaga by przechyły Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga były realizowane za pomocą pedału nożnego?

**Ad. 9. Zamawiający nie wymaga aby przechyły Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga były realizowane za pomocą pedału nożnego ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

10. Czy zamawiający wymaga by rama wyciągowa była wykonana w całości ze stali nierdzewnej, co znacznie podwyższa jej żywotność?

**Ad. 10. Zamawiający wymaga aby rama wyciągowa była wykonana ze stali nierdzewnej.**

11. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 42 dni od daty podpisania umowy?

**Ad. 11. Zgodnie z SIWZ.**

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne o wymiarach zewnętrznych 2070x1020mm i wymiarach leża 1900x900mm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane w celu zapewnienia pełnego komfortu pacjentom i bardzo dobrze sprawdzają się w codziennej eksploatacji.

**Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza leża o wymiarach 1900x900mm, w zakresie wymiarów zewnętrznych Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne bez listwy ochronnej mocowanej wzdłuż ramy? Oferowany model posiada 4 krążki odbojowe w narożnikach, co zapewnia wystarczające zabezpieczenie przed ewentualnymi zarysowaniami lub uszkodzeniami łóżka.

**Ad. 13. Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjnego, którego segmenty leża wypełnione są wyjmowanymi panelami wykonanymi z materiału ABS? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż umożliwia dokładniejsze mycie łóżka. Ponadto materiał ABS jest bardzo trwały i odporny na uszkodzenia.

**Ad. 14. Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 460mm do 830mm? Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent bez trudu wchodzi/schodzi z łóżka, a ponadto personel medyczny ma ułatwiony dostęp do pacjenta.

**Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza.**

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, którego pilot nie posiada selektywnych blokad funkcji? Wymaganie to nie jest konieczne.

**Ad. 16. Zamawiający nie dopuszcza.**

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja segmentu nóg odbywa się w zakresie 0° do 30°? Jest to zakres wystarczający do ułożenia nóg pacjenta w wymaganej pozycji i jego większa regulacja nie jest konieczna.

**Ad. 17. Zamawiający nie dopuszcza.**

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, którego barierki boczne nie posiadają normy PN-EN 60601-2-52 lecz zabezpieczają pacjenta równie dobrze, bo w ok. 80%? Z uwagi na funkcjonalność proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym.

**Ad. 18. Zamawiający nie dopuszcza.**

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

**Ad. 19. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 995mm?

**Ad. 20. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

**Ad. 21. Zamawiający dopuszcza.**

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym regulacje pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga odbywają się za pomocą siłowników elektrycznych ?

**Ad. 22. Zamawiający dopuszcza.**

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1060 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Ad. 23. Nie, Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Ad. 24. Zamawiający dopuszcza.**

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża na poziomie 450-820 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Ad. 25. Zamawiający nie dopuszcza.**

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga?

**Ad. 26. Zamawiający nie dopuszcza.**

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Ad. 27. Zamawiający nie dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 990 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

**Ad. 28. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe, bez konieczności stosowania listew, które w pełni zabezpieczają łóżko i ściany przed uderzeniami czy otarciami?

**Ad. 29. Zamawiający dopuszcza.**

30. Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie polegające na zaoferowaniu łóżka z leżem wypełnionym lamelami tworzywowymi, co w znacznym stopniu ułatwia dezynfekcję oraz poprawia jej skuteczność?

**Ad. 30. Zamawiający dopuszcza.**

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża na poziomie 370-735 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Ad. 31. Zamawiający dopuszcza.**

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania korzystniejsze rozwiązanie polegające na zaoferowaniu łóżka z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, co w znacznym stopniu ogranicza wysiłek fizyczny personelu oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkownika?

**Ad. 32. Zamawiający dopuszcza.**

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko o nowoczesnej konstrukcji bez konieczności stosowania dodatkowej osłony podstawy łóżka?

**Ad. 33. Zamawiający dopuszcza.**

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, z czego minimum dwa koła z blokadą z niebrudzącym podłóg bieżnikiem bez tworzywowej osłony?
- Ad. 34. Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem bez tworzywowej osłony. Pozostałe parametry tzn. centralna blokada kół oraz blokada kierunkowa - bez zmian.**
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu a do oferty pozwoli dołączyć stosowne oświadczenie o jej posiadaniu?
- Ad. 35. Zgodnie z SIWZ.**
36. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
- Ad. 36. Zgodnie z SIWZ.**
37. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
- Ad. 37. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**
38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o długości 216cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżek.
- Ad. 38. Zamawiający nie dopuszcza.**
39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o szerokości bez poręczy bocznych 96,5 cm natomiast z poręczami 102,2 cm ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżek.
- Ad. 39. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej łącznie z zamontowanymi barierkami do 1030 mm.**
40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o wymiarach leża 196cm x 86,5 cm? Podane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność łóżek.
- Ad. 40. Zamawiający dopuszcza.**
41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez ramy zewnętrznej? W proponowanych łóżkach segmenty leża osadzone są na ramie wewnętrznej wykonanej z profili stalowych o wymiarach 3 cm x 5cm ?
- Ad. 41. Zamawiający nie dopuszcza.**
42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez listew odbojowych wzdłuż ramy?
- Pragniemy zwrócić uwagę, że funkcję ochrony łóżka przed uderzeniami pełnią krążki odbojowe. Ze względów praktycznych a szczególnie bezpieczeństwa pacjenta, przy przejeżdżaniu łóżkiem z pacjentem nie demontuje się poręczy bocznych - a przy założonych poręczach, listwy odbojowe na ramie leża nie spełniają swoich zadań (to poręcze boczne oraz krążki odbojowe wyznaczają zarys zewnętrzny całego łóżka).
- Ad. 42. Zamawiający dopuszcza.**
43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze szczytami wykonanymi z wyprasek z tworzywa ABS z kolorową wklejką (z możliwością wyboru koloru) ?
- Ad. 43. Zamawiający dopuszcza.**
44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z lakierowanymi szczytami z wypełnieniem z płyty HPL (z możliwością wyboru koloru płyty)?
- Ad. 44. Zamawiający nie dopuszcza.**
45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z chromowanymi szczytami z wypełnieniem z płyty HPL (z możliwością wyboru koloru płyty)?
- Ad. 45. Zamawiający nie dopuszcza.**
46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi odejmowanymi siatkami stalowymi? Rozwiązanie to również jest powszechnie stosowane w łóżkach szpitalnych wielu producentów.
- Ad. 46. Zamawiający dopuszcza.**
47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z regulacją pozycji anti-Trendelenburga w zakresie 20°, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?
- Ad. 47. Zamawiający nie dopuszcza.**
48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?
- Ad. 48. Zamawiający nie dopuszcza.**
49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?
- Ad. 49. Zamawiający dopuszcza.**
50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne, którego rama leża wykona jest z profili o wymiarach 5x3 cm?
- Ad. 50. Zamawiający dopuszcza.**
51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne wyposażone w 4 krążki odbojowe w narożach leża oraz w listwy odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami umieszczone wzdłuż poręczy bocznych zamiast na ramie leża?
- Ad. 51. Zamawiający dopuszcza.**

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne wyposażone w szczyty tworzywowe wykonane z polietylenu z kolorową wklejką z możliwością wyboru koloru? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze w eksploatacji niż opisane w SIWZ?

**Ad. 52. Zgodnie z SIWZ.**

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne z możliwości regulacji dokonywanych z pilota ręcznego z możliwością blokady jednocześnie wszystkich funkcji zamiast blokady selektywnej?

**Ad. 53. Zamawiający nie dopuszcza.**

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm?

**Ad. 54. Zamawiający dopuszcza.**

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne z elektryczną regulacją do pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga dokonywaną z pilota przewodowego?

**Ad. 55. Zamawiający dopuszcza.**

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne z podstawą pozbawioną przewodów oraz siłowników, łatwą w utrzymaniu w czystości, posiadającą estetyczną tworzywową osłonę z ABS na elementach konstrukcyjnych podwozia na całej ich długości i szerokości zamiast na całej podstawie?

**Ad. 56. Zamawiający dopuszcza.**

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne wyposażone w materac o grubości 12 cm?

**Ad. 57. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytania do treści SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

**Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie działalności zrealizował dwie dostawy łóżek rehabilitacyjnych na kwoty brutto: 98 614,36 zł oraz 29 997.00 zł?

**Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 35 dni na 40 dni?

**Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §4 ust. 1 a z 0,5% do 0,1 % wynagrodzenie umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

**Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzozsierpc.pl](http://www.spzozsierpc.pl) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 20.03.2014 r. o godz. 11.00.**

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ pkt Rozdział VII pkt 3 Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy otrzymali niniejsze pismo w formie faksu, potwierdzenia jego otrzymania.**

DYREKTOR  
Dorota Kowalkowska