

Sierpc, 10 czerwca 2016 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi oraz odczynników i materiałów bakteriologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.07.2016.**

Na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ:

1. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści paski MIC wykonane na trwałym podłożu celulozowym, posiadającym bardzo dobre parametry adsorpcyjne na podłożu agarowym, zgodne z wymaganiami EUCAST i posiadające pozytywną opinię KORLD?

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza paski MIC wykonane na trwałym podłożu celulozowym, posiadającym bardzo dobre parametry adsorpcyjne na podłożu agarowym, zgodne z wymaganiami EUCAST i posiadające pozytywną opinię KORLD – KOLISTYNA. W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ.**

2. Dotyczy pakietu 2 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści zestaw do barwienia metodą Grama w ilości 2 op., gdzie jedno opakowanie zawiera 4 butelki odczynników po 240 ml ?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.**

3. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a ; pkt. 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do morfologii z uwodnionym K3EDTA o pojemności probówki 2 ml, a pojemność pobrania krwi 1,68 ml ?

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a ; pkt. 15). Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania systemowych igieł bezpiecznych przeziernych z osłonką zabezpieczającą przeciw przypadkowemu zakłuciu, umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły, gdzie aktywacja zabezpieczenia odbywa się jedną ręką, a aktywacja mechanizmu zabezpieczającego musi objawiać się dźwiękowym, dotykowym lub wzrokowym znakiem dla pracownika opieki zdrowotnej, zgodnie z dyrektywą 32/2010/EU, informującego o trwałym zakończeniu procesu zamknięcia igły, w rozmiarach 21G?

**Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.**

5. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a opis zamówienia). Utylizacja odpadów jest związana z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Czy dla zapewnienia pewności, że proces spalania będzie bezpieczny i nietoksyczny Zamawiający wymaga załączenia do oferty Certyfikatu ISO 14001:2004 potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wytwórcy? Zasadność takiego wymogu wypływa wprost z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie

p.o. Zastępca Dyrektora  
ds. Medycznych  
SPZZOZ w Sierpcu

lek. Tomasz Pokładowski



rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkty 3 i 4).

**Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.**

6. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a opis zamówienia). Czy w celu zapewnienia dostawy produktów najwyższej jakości Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, dotyczącego wytwórcy Certfikatu Rejstracji Zarządzania Jakością według normy międzynarodowej EN ISO 13485: 2012? Zasadność takiego wymogu wpływa wprost z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkt 3).

**Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.**

7. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a pkt. 3). Prosimy o doprecyzowanie, czy dla badań koagulologicznych Zamawiający wymaga zaoferowania probówek o budowie zapewniającej zminimalizowanie aktywacji płytek dla optymalnego monitorowania APTT poprzez minimalizację tzw. przestrzeni martwej pomiędzy pobraną krwią i korkiem nie większą niż 1 ml i o podwójnej ściance probówki. Tylko taka konstrukcja probówek zapewnia wiarygodny poziom wyników badań koagulologicznych, co pozostaje w zgodzie z piśmiennictwem fachowym.

**Ad. 7. Zgodnie z SIWZ.**

8. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a pkt. 18). Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe były oznakowane nazwą lub logo producenta?. Czy jednorazowość uchwytów ma być potwierdzona odpowiednim napisem „do jednorazowego użytku” na samym uchwycie w języku polskim lub angielskim?

**Ad. 8. Zgodnie z SIWZ.**

9. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a opis zamówienia). Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno sama sterylność próbek jak i oznakowanie sterylności R probówek mają być zgodne z Polską Normą PN-EN 14820 w sprawie Pojemników jednorazowego użytku do pobierania krwi żyłnej?

**Ad. 9. Zgodnie z SIWZ.**

10. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a opis zamówienia). Czy Zamawiający wymaga, aby wewnątrz oferowanych probówek w pakiecie nr 25 było aseptyczne (klasa czystości-sterylne A), czy sterylne (klasa czystości-sterylne R).?

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na klasę sterylności R probówek, bezpieczną z punktu epidemiologicznego, którą stosuje się powszechnie, to prosimy o potwierdzenie takowego wymogu.

**Ad. 10. Zgodnie z SIWZ.**

11. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a pkt. 19). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pkt 19 do osobnego pakietu lub rezygnację jako elementu zbędnego przy stosowaniu rurek skalowanych do oznaczania manualnego liniowego OB.?

**Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

12. (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 6a pkt. 7 ). Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej zamieszczając wymóg o jednym wytwórcy próbek systemu zamkniętego do OB. metodą liniową i rurek sedymentacyjnych skalowanych. Obecnie żaden wytwórca systemu zamkniętego nie produkuje rurek sedymentacyjnych skalowanych. Prosimy o stosowną korektę wymagania.

**Ad. 12. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej. Istnieje co najmniej kilku wytwórców oferujących zarówno próbki jak i rurki sedymentacyjne skalowane.**

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.pl](http://www.spzzozsierpc.pl) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 14.06.2016 r. o godz. 11.00.

p.o. Zastępca Dyrektora  
ds. Medycznych  
SPZZOZ w Sierpcu  
*lek. Tomasz Pokładowski*

p.o. Zastępca Dyrektora  
ds. Medycznych  
SPZZOZ w Sierpcu  
*lek. Tomasz Pokładowski*