

Sierpc, 06 czerwca 2014 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.10.2014.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ:

1. Dotyczy Pakietu 1, pkt. 17 parametrów wymaganych analizatora biochemicznego oraz laboratoryjnego systemu informatycznego, Załącznik nr 6 do SIWZ:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora w którym odczynniki umieszczane są na statywach w oddzielnej, chłodzonej w sposób ciągły przestrzeni odczynnikowej?
Ad. 1. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku zaoferowania analizatora w którym odczynniki umieszczane są na statywach w oddzielnej, chłodzonej w sposób ciągły przestrzeni odczynnikowej.
2. Dotyczy Pakietu 1, pkt. 22 parametrów wymaganych analizatora biochemicznego oraz laboratoryjnego systemu informatycznego, Załącznik nr 6 do SIWZ:
Prosimy o doprecyzowanie czy ww. warunek odnosi się do możliwości podłączenia analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego?
Ad. 2. Tak, warunek odnosi się do możliwości podłączenia analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego. Zamawiający wymaga analizator umożliwiającego wpięcie do informatycznego systemu laboratoryjnego.
3. Dotyczy Pakietu 1, uwaga pod tabelą zestawienia na odczynniki do aparatu biochemicznego, Załącznik nr 6 do SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynników oznaczonych powszechnie używanymi skrótami np. AST z rozszerzeniem w języku angielskim np. Aspartate aminotransferase?
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników oznaczonych powszechnie używanymi skrótami typu jak przykładowo wymieniono w zapytaniu.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.
Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 11.06.2014 r. o godz. 11.00.

DYREKTOR
Dorota Kowalkowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32
tel. centrali 24 275-85-00; tel./fax 24 275-26-27
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499