

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

Sierpc, 20 czerwca 2014 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi, odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz odczynników i materiałów bakteriologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.11.2014

Na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ:

1. Dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta wszystkich podłoży?

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10-12 podłoży pochodzących od innego producenta?

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD?

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych 1 pasażu w postaci krążków liofilizowanych pakowanych po 10 szt.?

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z minimalnym terminem ważności wynoszącym 12 miesięcy?

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o liniowości dla PLT w krwi pełnej $0-3.000 \times 10^9/L$ (tj. $\times 10^3/uL$).

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza analizator o ww. parametrach.

7. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o objętości aspirowanej próbki: 17uL.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza analizator o ww. parametrach.

8. Dotyczy: Pakiet 3. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1, 3, 5 i utworzenie z nich osobnego pakietu szybkich testów i zaproponowanie w tych pozycjach zestawów do manualnej identyfikacji biochemicznej z odczynnikami, z inkubacją 4 godziną, odczytem za pomocą karty kolorów i możliwością bezpłatnej interpretacji online?

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy: Pakiet 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby podłoża pochodziły od jednego producenta?

Ad. 9. Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy: Pakiet 4. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuszcza podłoża w butelce o obj. 200 ml?

Ad. 10. Zamawiający w pozycji 8 dopuszcza podłoża w butelce o obj. 200 ml.

11. Dotyczy: Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 13 bulion Todd-Hewitt z kolistyną i kwasem nalidyksowym?

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza w pozycji 13 bulion Todd-Hewitt z kolistyną i kwasem nalidyksowym.

12. Dotyczy: Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 10,11,12 butelki z podłożem o objętości 80 ml do jednoczesnego posiewu bakterii tlenowych i beztlenowych, stosowanych zarówno z próbkami od dorosłych jak i pediatrycznymi oraz do posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego? Butelki posiadają nakładane wskaźniki wzrostu w celu ułatwienia obserwacji wzrostu. Czułość systemu wynosi 0,5-1,5 ml w przypadku próbek od dzieci. Objętość podłoża nie ma znaczenia.

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw „na cito” z 48 godzin od złożenia zapotrzebowania na 48 godzin w dni robocze od złożenia zapotrzebowania?

Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5a do SIWZ §4 ust. 3 na następujący: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw „na cito” tj. w ciągu 48 godzin w dni robocze od złożenia zapotrzebowania.”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność z 10% wartości zamówienia brutto na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

p

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływu w dniu: 24.06.2014 r. o godz. 11.00.

DYREKTOR
Dorota Kowalikowska