

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.13.2014.**

Na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ:

1. Pakiet 16, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy całkowicie niewchłanianej wykonanej z monofilamentowej przędzy polipropylenowej? Taśma charakteryzuje się biokompatybilnością, dużą wytrzymałością mechaniczną, atraumatycznymi brzegami (które nie wymagają osłonek plastikowych) i komfortem aplikacji przez chirurga. Gramatura: 65 + 75 g/m<sup>2</sup>, grubość siatki 0,54 mm, porowatość 67%, średnia powierzchnia porów 0,38 mm<sup>2</sup>, długość 45cm, szerokość 1,1 cm.

**Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie przypadać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

**Ad. 2. Tak.**

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający zgadza się, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie, co najmniej trzykrotnego uchybienia?

**Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 2 precyzyjną igłę kosmetyczną (bez zakończenia typu micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie precyzyjnej igły kosmetycznej (bez zakończenia typu micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.**

6. Dotyczy § 12. ust. 4. Wnosimy o modyfikację § na zapis:

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

- w przypadku powtarzającego się kolejnego. 2-krotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką ( ... )

**Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.**

7. Dotyczy § 4 ust. 3. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 48 godzin na 4 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

**Ad. 7. Zgodnie z SIWZ.**

8. Dotyczy § 4 ust. 7. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

**Ad. 8. Zgodnie z SIWZ.**

9. Dotyczy § 7 ust. 2. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7 ust. 2 wzoru umowy na zapis:





W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy.

**Ad. 9. Zgodnie z SIWZ.**

10. Dot. Pakietu 1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew wchłaniaalny, pleciony, z kwasu poliglukolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia? Czas podtrzymywania tkankowego ok.80% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach.

**Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza.**

11. Dot. Pakietu 1 poz. 14. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 11. Zamawiający dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz. 2 również na igłę, kosmetyczną najnowszej generacji typu Xlex bez opisu katalogowego "igła plastyczna z zakończeniem micro-point" o długości 19mm, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Wykonana jest z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej.

**Ad. 12. Zamawiający wyraża zgodę.**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex bez opisu „igła plastyczna, kosmetyczna z zakończeniem micro-point”, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 13. Zamawiający wyraża zgodę.**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę kosmetyczną bez opisu „z zakończeniem micro-point”, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 14. Zamawiający wyraża zgodę.**

15. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycję 2?

Sformułowaną wyżej prośbę motywujemy tym, iż jako spółdzielnia niewidomych i jednocześnie zakład pracy ochronionej od szeregu lat specjalizujemy się w produkcji i konfekcjonowaniu m.in. materiałów szewnych wykorzystywanych w placówkach medycznych w kraju i za granicą. Nasza Spółdzielnia posiada profesjonalne zaplecze produkcyjno-magazynowe, a także co najważniejsze. zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, w procesie produkcji zatrudniany również osoby niewidome i niedowidzące. Prowadzenie przez nas od szeregu lat działalności na niezwykle wymagającym rynku wyrobów medycznych nie byłoby możliwe bez szczególnego oddania i zaangażowania oraz determinacji osób pokrzywdzonych przez los, którzy mimo swojej niepełnosprawności, traktują miejsce pracy jako miejsce dla nich szczególne. Zatrudniając osoby niewidome dajemy im możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej. Posiadając status zakładu pracy chronionej udzielamy współpracującym z nami kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Produkowane przez nas wyroby posiadają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, a także spełniają normy krajowe i unijne.

Dzięki współpracy zapoczątkowanej jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku z firmą POLFA POZNAŃ uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnych technologii oraz najwyższych standardów higieniczno-sanitarnych. Największy przełom w historii Spółdzielni miał miejsce w 2001 roku, kiedy to wdrożyliśmy technologię, urządzenia i produkcję nici chirurgicznych AMIFIL M i AMIFIL P. Aktualnie dysponujemy prawem wyłączności do ich produkcji i wyłączności do znaku towarowego.

Prosimy pamiętać, iż współpracując z naszą Spółdzielnią nasi kontrahenci czynnie pomagają w utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe okoliczności prosimy o uwzględnienie naszych pytań kierowanych do specyfikacji prowadzonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Ad. 15. Zgodnie z SIWZ.**

16. Dotyczy Pakietu Nr 16 - Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametry zestawu:

- materiał: polipropylen, monofilament;
- plastikowa osłonka na taśmie - zapewnia sterylność;
- gramatura 45 g/m<sup>2</sup> (± 5%);
- grubość siatki 0,33-0,38 mm;
- porowatość do 1950 µm;
- długość taśmy: 45 cm, szerokość: 1,1 cm (~ 0,1 cm) ?

W przypadku wyboru naszej oferty prześlemy na rzecz szpitala komplet narzędzi wielorazowego użytku do zakładania w/w taśmy.





Niewielkie różnice techniczne w parametrach zestawu są bez znaczenia dla operatora i techniki operacyjnej i oczekiwanego efektu leczniczego, a dopuszczenie większej liczby oferentów pozwoli znacznie obniżyć koszty prowadzenia oddziału.

**Ad. 16. Zamawiający dopuszcza.**

17. Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, plecionych, z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach?

**Ad. 17. Zamawiający nie dopuszcza.**

18. Pakiet 1, pozycja 2, 9, 12, 14 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Ad. 18. Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Pakiet 1, pozycja 13, 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?

**Ad. 19. Zamawiający wyraża zgodę.**

20. Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrótnie tnącej plastycznej dwuwklęsłej o długości 19mm?

**Ad. 20. Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej najnowszej generacji typu Xflex bez opisu katalogowego „igła plastyczna z zakończeniem micro-point” o długości 19mm?

**Ad. 21. Zamawiający wyraża zgodę.**

22. Pakiet 4, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej 1 x 60mm z podwojeniem ilości sztuk?

**Ad. 23. Zamawiający nie dopuszcza.**

24. Pakiet 6, pozycja 3 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody.**

25. Pakiet 6, pozycja 4 - 6 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej wzmocnionej?

**Ad. 25. Zamawiający dopuszcza.**

26. Pakiet 6 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej z nitką o długości 90cm?

**Ad. 26. Zamawiający nie dopuszcza.**

27. Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?

**Ad. 27. Zamawiający dopuszcza.**

28. Pakiet 13, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zszywki były powlekane teflonem.

**Ad. 28. Zamawiający nie dopuszcza.**

29. Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zszywki o grubości 0,6mm, wymiar: 7,2mm x 4,9mm?

**Ad. 29. Zamawiający nie dopuszcza.**

30. Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego o parametrach lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe. System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą "out-in" składający się z:

a) dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytnymi, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b) taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż niec zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

**Ad. 30. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o ww. parametrach.**

**Informujemy, że w związku z odpowiedziami na zadane pytania i modyfikacją SIWZ termin składania i otwarcia ofert zmienia się na dzień 16.10.2014 r. – godziny pozostają bez zmian.**

Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia: 16.10.2014 r., do godz. 11:00.

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

SEKRETARIAT

3. Oznakowanie oferty następujące: „Oferta – przetarg nieograniczony – Dostawa materiałów szewnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.PN.13.2014 – nie otwierać przed 16 - 10 - 2014 r. godz. 11:30.”

Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

Oferty zostaną otwarte dnia: 16. 10. 2014 r. o godz. 11:30,

w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

Pokój zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ pkt Rozdział VII pkt 3 Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy otrzymali niniejsze pismo w formie faksu, do potwierdzenia jego otrzymania.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej [www.spzzozsierpc.pl](http://www.spzzozsierpc.pl) w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

DYREKTOR  
Dorota Kowalkowska