

Sierpc, dnia 23 czerwca 2014 r.

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Sierpcu  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc

**Znak sprawy: DZP.382.ZO.09.2014**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę myjni automatycznej do endoskopów dla SPZZOZ w Sierpcu.**

W związku otrzymanymi zapytaniem SPZZOZ w Sierpcu udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów technicznych:

a) zamiast suszenia przedmuch.

Ad. a). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni o takiej metodzie suszenia.

b) zamiast dezynfekcji chemiczno – termicznej dezynfekcja termiczna.

Ad. b). Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania myjni z metodą dezynfekcji wyłącznie termiczną. Zamawiający podtrzymuje wymóg dezynfekcji chemiczno – termicznej.

**DYREKTOR**  
*Dorota Kowalska*