

Sierpc, dnia 24 czerwca 2014 r.

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Sierpcu  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc

**Znak sprawy: DZP.382.ZO.09.2014**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę myjni automatycznej do endoskopów dla SPZZOZ w Sierpcu.**

W związku otrzymanym sprostowaniem do zapytań z dnia 23.06.2014 r. SPZZOZ w Sierpcu udziela następujących odpowiedzi:

**SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA**

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę myjni automatycznej do endoskopów.

Z uwagi na błędnie sformułowane pytanie dotyczące pkt 2

2a) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów

- zamiast dezynfekcji chemiczno - termicznej dezynfekcję chemiczną.

**ODPOWIEDZ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania myjnię z metodą dezynfekcji chemiczną.**

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa **26.06.2014 r. o godz. 11.00.**

DYREKTOR  
Dorota Kowalkowska